

[suiteDXT Release Notes](#)

[suiteDXT Versionshinweise](#)

[suiteDXT Notes de publication](#)

[suiteDXT Note di rilascio](#)

[suiteDXT Σημειώσεις έκδοσης](#)

[„suiteDXT“ Leidimo pastabos](#)

[suiteDXT Notas de publicación](#)

[suiteDXT Versionsinformation](#)

[suiteDXT Sürüm Notları](#)

[suiteDXT Note privind versiunea](#)

[suiteDXT Opmerkingen bij deze uitgave](#)

[suiteDXT Notas de lançamento](#)

[suiteDXT Kibocsátási megjegyzések](#)

[suiteDXT Thông tin phiên bản](#)

[suiteDXT Notas de versões](#)

[suiteDXT リリースノート](#)

[suiteDXT 版本发布说明书](#)

[suiteDXT Väljalaskemärkmed](#)



NeoSoft, LLC

NS-03-046-0007 Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
All rights reserved

suiteDXT

Release Notes

NeoSoft, LLC

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "SOFT" in a grey, sans-serif font. The letters are closely spaced.

NS-03-046-0007-EN Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
All rights reserved

Manufacturer



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Phone: 262-522-6120
website: www.neosoftllc.com

Sales: orders@neosoftmedical.com
Service: service@neosoftmedical.com

To view compliance information (Authorized Representative, Importer, Registration information) after launching the application, click “Help” or “About” from the main screen. Select the “Regulatory Information” option. The document will open in a pdf viewer.

The Instructions for Use for this device are provided electronically in Portable Document Format, (.pdf). A pdf viewer is required to view the Instructions for Use. A paper copy of the Instructions for Use can be provided upon request, at no cost, within 7 calendar days, by emailing service@neosoftmedical.com.

Instructions for Use may be accessed in the following ways:

1. After launching the application, click “Help” or “About” from the Main Screen. Select the “Instructions for Use” option. The Instructions for Use will open in a pdf viewer.
2. If the original installation package received from NeoSoft is available, open the zip file and navigate to the “Documentation” folder, then the “Instructions for Use” folder and double click on the Instructions for Use.pdf in your language, denoted by EN - English, FR - French, DE - German, EL - Greek, IT - Italian, LT - Lithuanian, ES - Spanish, SV - Swedish, TR - Turkish, RO - Romanian, NL - Dutch, ZH_CN - Simplified Chinese, PT-PT - European Portuguese, HU - Hungarian, JA - Japanese, VI - Vietnamese, PT-BR - Brazilian Portuguese, ET - Estonian.
3. Navigate to the folder where the application is installed. Locate the “Documentation” folder, open the “Instructions for Use” folder and double click on the Instructions for Use.pdf in your language, denoted by EN - English, FR - French, DE - German, EL - Greek, IT - Italian, LT - Lithuanian, ES - Spanish, SV - Swedish, TR - Turkish, RO - Romanian, NL - Dutch, ZH_CN - Simplified Chinese, PT-PT - European Portuguese, HU - Hungarian, JA - Japanese, VI - Vietnamese, PT-BR - Brazilian Portuguese, ET - Estonian.
4. Electronic copies of Instructions for Use are also available at www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ for at least 15 years from last date of manufacture.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

suiteDXT Software Revision History

Software Version	Release Date	Description
1.0.0	June 2013	Initial Release
1.0.1	February 2014	Implemented software licensing options
2.0.0	October 2014	Removed Microsoft SQL dependency Updated UI to match suiteHEART Added support for study export to zipfile Added support for compressed DICOM images Translated application to German and French Added support for Microsoft Windows 8.1 Dropped support for Microsoft Windows XP
2.1.0	January 2015	Minor updates and defect fixes Added Medical Device Directive information
3.0.0	October 2015	Minor updates and defect fixes
3.0.1	March 2016	Added Multiuser capabilities. Minor updates and defect fixes
4.0.0	October 2016	Added support for suiteDXT to suiteDXT DICOM network transfer Improved DICOM transfer performance
4.0.2	May 2017	Add Pre-Processing Removed support for Microsoft Windows 8.1
4.0.4	November 2017	Added support for configuring multiple series in preprocessing
4.0.5	November 2017	Minor updates and defect fixes
4.0.6	May 2018	Updated support for preprocessing configuration Improved DICOM import performance
4.0.7	November 2018	Added access controls\permission
5.0.0	July 2019	Contains updates relating to: Preprocessing
5.0.1	February 2020	Contains updates relating to: Exporting and Importing of Studies
5.0.2	March 2021	Added Auto Delete functionality, folder creation, enhanced Anonymization options, minor updates, and defect fixes. This release is the initial software release for China.
5.0.2	June 2021	Added MD symbol, importer reference, serious incident reporting note
5.0.3	September 2021	Added T1/T2 Processing and Sync Preprocessing. This release is the initial software release for Japanese and Vietnamese.
5.1.0	December 2022	Added support for Microsoft Windows 11 and removed support for Microsoft Windows 7. Added auto retrieval of prior studies. This is the initial software release for Brazilian Portuguese.
5.1.1	October 2023	Added study copy functionality. Added support for multi-study anonymization. suiteDXT version 5.1.1 will be the last version of software supported on Server 2012.
5.1.2	June 2025	Added preprocessing functionality. Added the ability to toggle annotation. Improved notifications.

Software Updates

Preprocessing settings for MRI scanner vendor type can be configured.

The ability to remove, change the queue order or stop preprocessing of a study by performing a right mouse click is supported.

Use Ctrl + T to toggle annotation in the preview window.

Improved notification of low disk space and viewing licensing status showing how many licenses are in use.

Release Notes

Study Import

During an import do not click the Refresh button.

Preprocessing

- Preprocessing will not overwrite a previously analyzed series.
- If there are more than six phase contrast series detected for the Flow analysis tabs the preprocessing will be performed on the last six phase contrast series detected.
- Preprocessing for Canon 3D and 4D should be disabled.

Windows 10 Enterprise

If suiteDXT becomes unresponsive after resizing when installed on Windows 10 Enterprise, disable Snap in Windows Multitasking Settings and then restart suiteDXT.

Multi-User Environment

When a study is launched in suiteHEART® Software and then suiteDXT is set to full screen, the minimize, restore and close functions (in the upper right corner) may become unresponsive. If this happens, select suiteHEART® Software from the toolbar at the bottom of the screen and minimize the application to regain the functions in suiteDXT. To avoid the issue either auto hide the toolbar or do not make suiteDXT full screen.

suiteDXT

Versionshinweise

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-DE Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Alle Rechte vorbehalten

Hersteller



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072, USA

Telefon: 262-522-6120
Website: www.neosoftllc.com

Vertrieb: orders@neosoftmedical.com
Service: service@neosoftmedical.com

Um nach dem Start der Anwendung Compliance-Informationen (Bevollmächtigter, Importeur, Registrierungsinformationen) anzuzeigen, klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Hilfe“ oder „Über“. Wählen Sie die Option „Regulatorische Informationen“. Das Dokument wird in einem PDF-Viewer geöffnet.

Die Bedienungsanleitung für dieses Gerät wird elektronisch im PDF-Format (.pdf) bereitgestellt. Für die Anzeige der Bedienungsanleitung ist ein PDF-Viewer erforderlich. Auf Anfrage per E-Mail an service@neosoftmedical.com kann innerhalb von 7 Kalendertagen eine kostenlose Hardcopy der Bedienungsanleitung bereitgestellt werden.

Die Bedienungsanleitung kann wie folgt aufgerufen werden:

1. Klicken Sie nach dem Start der Anwendung auf „Hilfe“ oder „Infos“ auf dem Hauptbildschirm. Wählen Sie die Option „Bedienungsanleitung“ aus. Die Bedienungsanleitung wird im PDF-Viewer geöffnet.
2. Wenn das ursprüngliche Installationspaket von NeoSoft verfügbar ist, öffnen Sie die Zip-Datei, navigieren Sie zum Ordner „Dokumentation“ und anschließend zum Ordner „Bedienungsanleitung“. Doppelklicken Sie auf die Datei „Instructions for Use.pdf“ in Ihrer Sprache EN für Englisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, EL für Griechisch, IT für Italienisch, LT für Litauisch, ES für Spanisch, SV für Schwedisch, TR für Türkisch, RO für Rumänisch, NL für Niederländisch, ZH_CN für vereinfachtes Chinesisch, PT-PT für Europäisches Portugiesisch, HU für Ungarisch, JA für Japanisch, VI für Vietnamesisch, PT-BR - für Brasilianisches Portugiesisch, ET - für Estnisch.
3. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Anwendung enthält. Machen Sie den Ordner „Dokumentation“ ausfindig, öffnen Sie den Ordner „Bedienungsanleitung“ und doppelklicken Sie auf die Datei „Instructions for Use.pdf“ in Ihrer Sprache EN für Englisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, EL für Griechisch, IT für Italienisch, LT für Litauisch, ES für Spanisch, SV für Schwedisch, TR für Türkisch, RO für Rumänisch, NL für Niederländisch, ZH_CN für vereinfachtes Chinesisch, PT-PT für Europäisches Portugiesisch, HU für Ungarisch, JA für Japanisch, VI für Vietnamesisch, PT-BR - für Brasilianisches Portugiesisch, ET - für Estnisch.
4. Elektronische Kopien der Bedienungsanleitung sind für mindestens 15 Jahre nach dem letzten Herstellungsdatum zudem unter www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ erhältlich.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

suiteDXT – Software-Versionsverlauf

Software version	Veröffentlichungsdatum	Beschreibung
1.0.0	Juni 2013	Erstveröffentlichung
1.0.1	Februar 2014	Software-Lizenzierungsoptionen wurden implementiert
2.0.0	Oktober 2014	Microsoft SQL-Abhängigkeit entfernt Benutzeroberfläche wurde in Anpassung an suiteHEART aktualisiert Support für Studienexport in Zip-Datei wurde hinzugefügt. Support für komprimierte DICOM-Bilder wurde hinzugefügt. Anwendung wurde ins Deutsche und Französische übersetzt. Support für Microsoft Windows 8.1 wurde hinzugefügt. Support für Microsoft Windows XP wurde eingestellt.
2.1.0	Januar 2015	Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen Informationen zur Richtlinie über Medizinprodukte hinzugefügt
3.0.0	Oktober 2015	Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen
3.0.1	März 2016	Multiuser-Funktionen hinzugefügt. Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen
4.0.0	Oktober 2016	Support für den suiteDXT-Netzwerktransfer zu suiteDXT DICOM wurde hinzugefügt Verbesserte DICOM-Transferleistung
4.0.2	Mai 2017	Vorbearbeitung hinzugefügt Support für Microsoft Windows 8.1 wurde entfernt.
4.0.4	November 2017	Support für die Konfiguration mehrerer Serien in der Vorbearbeitung hinzugefügt
4.0.5	November 2017	Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen
4.0.6	Mai 2018	Aktualisierter Support für die Vorbearbeitungskonfiguration Verbesserte DICOM-Importleistung
4.0.7	November 2018	Zugriffskontrollen/Berechtigung hinzugefügt
5.0.0	Juli 2019	Enthält Aktualisierungen bezüglich: Vorbearbeitung
5.0.1	Februar 2020	Enthält Aktualisierungen bezüglich: Exportieren und Importieren von Studien
5.0.2	März 2021	Funktionalität für automatischen Löschvorgang, Erstellen von Ordnern sowie erweiterte Anonymisierungsoptionen wurde hinzugefügt und kleinere Updates und Fehlerkorrekturen wurden vorgenommen. Diese Version ist die erste Softwareversion für China.
5.0.2	Juni 2021	Symbol für Medizinprodukt, Angabe des Importeurs, Anmerkung bezüglich der Meldung schwerwiegender Vorfälle hinzugefügt
5.0.3	September 2021	T1/T2-Verarbeitung und Synchronisierung der Vorbearbeitung wurden hinzugefügt. Diese Version ist die erste Softwareversion für Japanisch und Vietnamesisch.
5.1.0	Dezember 2022	Unterstützung für Microsoft Windows 11 hinzugefügt und Unterstützung für Microsoft Windows 7 entfernt. Automatisches Abrufen früherer Studien hinzugefügt. Dies ist die erste Softwareversion für brasilianisches Portugiesisch.
5.1.1	Oktober 2023	Funktion zum Kopieren von Studien hinzugefügt. Unterstützung für die Anonymisierung mehrerer Studien hinzugefügt. suiteDXT Version 5.1.1 wird die letzte Version der Software sein, die auf Server 2012 unterstützt wird.
5.1.2	Juni 2025	Die Vorverarbeitungsfunktion wurde hinzugefügt. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Beschriftung zu aktivieren. Die Benachrichtigungen wurden verbessert.

Software-Updates

Die Vorverarbeitungseinstellungen für den MRT-Scannertyp können konfiguriert werden.

Sie können die Vorverarbeitung einer Studie mit einem Rechtsklick entfernen, die Reihenfolge der Warteschlange ändern oder die Vorverarbeitung beenden.

Mit der Tastenkombination Strg + T kann die Beschriftung im Vorschaufenster aktiviert werden.

Die Benachrichtigung bei geringem Speicherplatz und die Anzeige des Lizenzierungsstatus mit der Anzahl der verwendeten Lizenzen wurden verbessert.

Versionshinweise

Importieren von Studien

Klicken Sie während des Importvorgangs nicht auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

Vorbearbeitung

- Bei der Vorbearbeitung wird keine zuvor analysierte Serie überschrieben.
- Bei Erkennung von mehr als sechs Phasenkontrastserien für die Flussanalyse-Registerkarten wird die Vorbearbeitung für die sechs zuletzt erkannten Phasenkontrastserien durchgeführt.
- Die Vorverarbeitung für Canon 3D und 4D sollte deaktiviert werden.

Windows 10 Enterprise

Wenn suiteDXT nach der Größenänderung bei Installation unter Windows 10 Enterprise nicht reagiert, deaktivieren Sie Snap in den Windows-Multitasking-Einstellungen und starten Sie dann suiteDXT neu.

Mehrbenutzerumgebung

Wenn eine Studie in der suiteHEART®-Software aufgerufen und suiteDXT dann im Vollbildmodus angezeigt wird, reagieren die Schaltflächen für Minimieren, Wiederherstellen und Schließen (in der rechten oberen Ecke) möglicherweise nicht mehr. Wählen Sie in diesem Fall die suiteHEART®-Software aus der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand aus und minimieren Sie die Anwendung, um die Funktionen in suiteDXT wieder verfügbar zu machen. Zur Vermeidung dieses Problems blenden Sie die Symbolleiste automatisch aus oder verwenden Sie den Vollbildmodus von suiteDXT nicht.

suiteDXT

Notes de publication

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-FR Rév. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Tous droits réservés

Fabricant



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072, USA

Téléphone : 262-522-6120
Site Web : www.neosoftllc.com

Vente : orders@neosoftmedical.com
Assistance technique : service@neosoftmedical.com

Pour afficher les informations de conformité (représentant autorisé, importateur, informations d'enregistrement) une fois l'application lancée, cliquer sur « Aide » ou « À propos » à partir de l'écran principal. Sélectionnez l'option « Information réglementaire ». Le document s'ouvrira dans un lecteur PDF.

Les instructions d'utilisation de ce dispositif sont fournies en version électronique au format PDF (.pdf). Une visionneuse PDF est nécessaire pour consulter les instructions d'utilisation. Une version imprimée des instructions d'utilisation est disponible gratuitement dans un délai de 7 jours en soumettant une demande par e-mail à l'adresse suivante : service@neosoftmedical.com.

Les instructions d'utilisation sont accessibles des manières suivantes :

1. Après le lancement de l'application, cliquer sur « Aide » ou « À propos » sur l'écran principal. Sélectionner l'option « Instructions d'utilisation ». Les Instructions d'utilisation s'ouvriront dans une visionneuse PDF.
2. Si le package d'installation original de NeoSoft est disponible, ouvrez le fichier Zip et accédez au dossier « Documentation » puis au dossier « Instructions for Use » (Instructions d'utilisation) et double-cliquez sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue (EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL pour le grec, IT pour l'italien, LT pour le lituanien, ES pour l'espagnol, SV pour le suédois, TR pour le turc, RO pour le roumain, NL pour le néerlandais, ZH_CN pour le chinois simplifié, PT-PT pour le portugais européen, HU pour le hongrois, JA pour le japonais, VI pour le vietnamien et PT-BR pour le portugais brésilien).
3. Accéder au dossier dans lequel est installée l'application. Dans le dossier « Documentation », ouvrez le dossier « Instructions for Use » (Instructions d'utilisation) et double-cliquez sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue (EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL pour le grec, IT pour l'italien, LT pour le lituanien, ES pour l'espagnol, SV pour le suédois, TR pour le turc, RO pour le roumain, NL pour le néerlandais, ZH_CN pour le chinois simplifié, PT-PT pour le portugais européen, HU pour le hongrois, JA pour le japonais, VI pour le vietnamien et PT-BR pour le portugais brésilien, ET pour l'estonien).
4. Une version électronique des instructions d'utilisation est également disponible à l'adresse www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ pendant au moins 15 ans après la dernière date de fabrication.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

Historique des révisions du logiciel suiteDXT

Version du logiciel	Date de la version	Description
1.0.0	Juin 2013	Diffusion initiale
1.0.1	Février 2014	Installation des options de mise sous licence du logiciel
2.0.0	Octobre 2014	Suppression de la dépendance de Microsoft SQL Actualisation de l'UI pour correspondance avec suiteHEART Ajout de la prise en charge de l'exportation des études vers fichier zip Ajout de la prise en charge des images DICOM comprimées Traduction de l'application en allemand et en français Ajout de la prise en charge de Microsoft Windows 8.1 Abandon de la prise en charge de Microsoft Windows XP
2.1.0	Janvier 2015	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs Information sur la directive relative aux dispositifs médicaux ajoutée
3.0.0	Octobre 2015	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs
3.0.1	Mars 2016	Capacités multiutilisateurs ajoutées. Mises à jour et correctifs de défauts mineurs
4.0.0	Octobre 2016	Ajout de la prise en charge pour le transfert par réseau de suiteDXT vers suiteDXT DICOM Amélioration de la performance du transfert de DICOM
4.0.2	Mai 2017	Prétraitement ajouté Retrait de la prise en charge de Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembre 2017	Prise en charge ajoutée pour la configuration de séries multiples lors du prétraitement
4.0.5	Novembre 2017	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs
4.0.6	Mai 2018	Mise à jour de la prise en charge de la configuration du prétraitement Amélioration de la performance de l'importation de DICOM
4.0.7	Novembre 2018	Ajout de commandes et autorisations d'accès
5.0.0	Juillet 2019	Contient des mises à niveau relatives aux fonctions suivantes : Prétraitement
5.0.1	Février 2020	Contient des mises à niveau relatives aux fonctions suivantes : Exporter et importer des études
5.0.2	Mars 2021	Fonctionnalité de suppression automatique ajoutée, création de dossiers, options d'anonymisation améliorées, mises à jour mineures, et correctifs de défauts. Cette version est la première version logicielle publiée pour la Chine.
5.0.2	Juin 2021	Symbole MD, référence de l'importateur, avis concernant le signalement d'incidents graves ajoutés
5.0.3	Septembre 2021	Traitement T1/T2 et synchronisation du prétraitement ajoutés. Il s'agit de la première version logicielle pour le japonais et le vietnamien.
5.1.0	Décembre 2022	Ajout de la prise en charge de Microsoft Windows 11 et suppression de la prise en charge de Microsoft Windows 7. Ajout de la récupération automatique des études précédentes. Il s'agit de la première version logicielle pour le brésilien portugais.
5.1.1	Octobre 2023	Ajout d'une fonctionnalité de copie d'étude. Ajout de la prise en charge de l'anonymisation de plusieurs études. La version 5.1.1 de suiteDXT sera la dernière version prise en charge sur le serveur 2012.
5.1.2	Juin 2025	Ajout d'une fonctionnalité de prétraitement. Ajout de la possibilité de basculer l'affichage des annotations. Amélioration des notifications.

Mises à niveau logicielles

Les paramètres de prétraitement pour le type de scanner IRM peuvent être configurés.

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes par un clic droit de la souris : supprimer, modifier l'ordre de la file d'attente ou arrêter le prétraitement d'une étude.

Utilisez la combinaison de touches Ctrl + T pour faire basculer l'annotation dans la fenêtre d'aperçu.

La notification en cas de faible espace disque a été améliorée et l'affichage de l'état des licences indique désormais le nombre de licences en cours d'utilisation.

Notes de publication

Importer une étude

Ne pas cliquer sur le bouton Actualiser pendant une importation.

Prétraitement

- Le prétraitement n'écrasera pas une série analysée préalablement.
- Si le système détecte plus de six séries de contraste de phase pour les onglets Analyse de flux, le prétraitement s'effectue sur les six dernières séries de contraste de phase détectées.
- Le prétraitement pour Canon 3D et 4D doit être désactivé.

Windows 10 Enterprise

Si suiteDXT reste sans réponse après un redimensionnement lorsque le logiciel fonctionne sous Windows 10 Enterprise, désactivez la fonction Snap (Aligner) dans les paramètres multitâches (Multitasking Settings) sous Windows puis redémarrez le logiciel suiteDXT.

Environnement multiutilisateur

Lorsqu'une étude est lancée dans le logiciel suiteHEART® et que suiteDXT est configuré au mode plein écran, les fonctions Minimiser, Restaurer et Fermer dans le coin supérieur droit peuvent rester sans réponse. Dans ce cas, cliquez sur le logiciel suiteHEART® dans la barre d'outils au bas de l'écran et minimisez l'application pour rétablir les fonctions dans suiteDXT. Il est possible d'éviter cette situation avec le masquage automatique de la barre d'outils ou en évitant le mode plein écran dans suiteDXT.

suiteDXT

Note di rilascio

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-IT Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Tutti i diritti riservati

Produttore



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Telefono: 262-522-6120
Sito web: www.neosoftllc.com

Vendite: orders@neosoftmedical.com
Assistenza: service@neosoftmedical.com

Per visualizzare le informazioni sulla conformità (rappresentante autorizzato, importatore, informazioni sulla registrazione) dopo aver avviato l'applicazione, fai clic su "Guida" o "Informazioni" dalla schermata principale. Seleziona l'opzione "Informazioni normative". Il documento si aprirà in un visualizzatore di pdf.

Le istruzioni per l'uso di questo dispositivo vengono fornite elettronicamente in formato .pdf (Portable Document Format). Per visualizzare le istruzioni per l'uso è necessario un lettore PDF. È possibile ottenere gratuitamente ed entro 7 giorni una copia cartacea delle istruzioni per l'uso inviando una richiesta scritta all'indirizzo email service@neosoftmedical.com.

È possibile accedere alle istruzioni per l'uso nei seguenti modi:

1. Dopo aver avviato l'applicazione, fai clic su "Guida" o "Informazioni" dalla schermata principale. Selezionare l'opzione "Istruzioni per l'uso". Le istruzioni per l'uso verranno aperte in un lettore pdf.
2. Se è disponibile il pacchetto di installazione originale ricevuto da NeoSoft, aprire il file zip e selezionare la cartella "Documentation" (Documentazione), poi la cartella "Instructions for Use" (Istruzioni per l'uso) e fare doppio clic su Instructions for Use.pdf nella propria lingua, indicata da EN - inglese, FR - francese, DE - tedesco, EL - greco, IT - italiano, LT - lituano, ES - spagnolo, SV - svedese, TR - turco, RO - rumeno, NL - olandese, ZH_CN - cinese semplificato, PT-PT - portoghese europeo, HU - ungherese, JA - giapponese, VI - vietnamita, PT-BR - portoghese brasiliano, ET - estone.
3. Accedere alla cartella in cui è installata l'applicazione. Accedere alla cartella "Documentation" (Documentazione), aprire la cartella "Instructions for Use" (Istruzioni per l'uso) e fare doppio clic su Instructions for Use.pdf nella propria lingua, indicata da EN - inglese, FR - francese, DE - tedesco, EL - greco, IT - italiano, LT - lituano, ES - spagnolo, SV - svedese, TR - turco, RO - rumeno, NL - olandese, ZH_CN - cinese semplificato, PT-PT - portoghese europeo, HU - ungherese, JA - giapponese, VI - vietnamita e PT-BR - portoghese brasiliano, ET - estone.
4. Copie elettroniche delle istruzioni per l'uso sono disponibili anche alla pagina www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ per almeno 15 anni dall'ultima data di fabbricazione.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

Cronologia delle revisioni del software suiteDXT

Versione software	Data di rilascio	Descrizione
1.0.0	Giugno 2013	Versione iniziale
1.0.1	Febbraio 2014	Implementazione di opzioni di licenza del software
2.0.0	Ottobre 2014	Eliminazione della dipendenza Microsoft SQL Aggiornamento dell'interfaccia utente per l'adattamento a suiteHEART Aggiunta del supporto per l'esportazione dello studio in file zip Aggiunta del supporto per le immagini DICOM compresse Traduzione dell'applicazione in tedesco e francese Aggiunta del supporto per Microsoft Windows 8.1 Eliminazione del supporto per Microsoft Windows XP
2.1.0	Gennaio 2015	Aggiornamenti minori e correzione difetti Aggiunta di informazioni sulla direttiva sui dispositivi medici
3.0.0	Ottobre 2015	Aggiornamenti minori e correzione difetti
3.0.1	Marzo 2016	Aggiunta delle funzionalità multiutente. Aggiornamenti minori e correzione difetti
4.0.0	Ottobre 2016	Aggiunta del supporto per trasferimento di rete DICOM da suiteDXT a suiteDXT Miglioramento delle prestazioni di trasferimento DICOM
4.0.2	Maggio 2017	Aggiunta della pre-elaborazione Rimozione del supporto per Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembre 2017	Aggiunta del supporto per la configurazione di serie multiple in pre-elaborazione
4.0.5	Novembre 2017	Aggiornamenti minori e correzione difetti
4.0.6	Maggio 2018	Aggiornamento del supporto per la configurazione di pre-elaborazione Miglioramento delle prestazioni di importazione DICOM
4.0.7	Novembre 2018	Aggiunta di controlli/autorizzazione all'accesso
5.0.0	Luglio 2019	Contiene aggiornamenti relativi a: Pre-elaborazione
5.0.1	Febbraio 2020	Contiene aggiornamenti relativi a: Esportazione e importazione di studi
5.0.2	Marzo 2021	Aggiunta della funzionalità di cancellazione automatica, creazione di cartelle, opzioni di anonimizzazione migliorate, aggiornamenti minori e correzioni di difetti. La presente è la versione iniziale del software per la Cina.
5.0.2	Giugno 2021	Simbolo MD, riferimenti sull'importatore, informazioni relative alla segnalazione degli incidenti aggiunti
5.0.3	Settembre 2021	Aggiunte elaborazione T1/T2 e pre-elaborazione sincronizzata. Questa è la versione iniziale del software per il giapponese e il vietnamita.
5.1.0	Dicembre 2022	Aggiunta del supporto per Microsoft Windows 11 e rimozione del supporto per Microsoft Windows 7. Aggiunta del recupero automatico di studi precedenti. Questa è la versione iniziale del software per il portoghese brasiliano.
5.1.1	Ottobre 2023	Aggiunta della funzionalità copia dello studio. Aggiunto il supporto per l'anonimizzazione di più studi. suiteDXT versione 5.1.1 sarà l'ultima versione supportata su Server 2012.
5.1.2	Giugno 2025	Aggiunta funzionalità di pre-elaborazione. Aggiunta la possibilità di attivare/disattivare le annotazioni. Notifiche migliorate.

Aggiornamenti del software

È possibile configurare le impostazioni di pre-elaborazione per il tipo di fornitore di scanner MRI.

È supportata la possibilità di rimuovere, modificare l'ordine di coda o interrompere la pre-elaborazione di uno studio con un clic del tasto destro del mouse.

Usare Ctrl + T per attivare/disattivare l'annotazione nella finestra di anteprima.

Migliorata la notifica di spazio ridotto su disco e la visualizzazione dello stato delle licenze, che mostra quante licenze sono in uso.

Note di rilascio

Importazione di uno studio

Durante un'importazione, non fare clic sul pulsante Refresh (Aggiorna).

Pre-elaborazione

- La pre-elaborazione non sovrascrive una serie precedentemente analizzata.
- Se sono state rilevate più di sei serie a contrasto di fase per le schede Analisi del flusso, la pre-elaborazione verrà eseguita sulle ultime sei serie a contrasto di fase rilevate.
- La pre-elaborazione per Canon 3D e 4D deve essere disabilitata.

Windows 10 Enterprise

Se suiteDXT non risponde dopo il ridimensionamento quando installati su Windows 10 Enterprise, disabilitare l'opzione di ancoraggio nelle impostazioni Multitasking di Windows e quindi riavviare suiteDXT.

Ambiente multiutente

Quando si avvia uno studio nel software suiteHEART® e suiteDXT viene impostato in modalità a schermo intero, le funzioni di riduzione a icona, ripristino e chiusura disponibili (nell'angolo superiore destro) potrebbero non rispondere. In tal caso, selezionare il software suiteHEART® dalla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo e ridurre a icona l'applicazione per ripristinare le funzioni in suiteDXT. Per evitare questo problema, nascondere automaticamente la barra degli strumenti o non impostare suiteDXT a schermo intero.

suiteDXT

Σημειώσεις έκδοσης

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-EL Αναθ. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Κατασκευαστής



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 Η.Π.Α.

Τηλέφωνο: 262-522-6120
Ιστότοπος: www.neosoftllc.com

Τμήμα πωλήσεων: orders@neosoftmedical.com
Εξυπηρέτηση: service@neosoftmedical.com

Για να δείτε τις πληροφορίες συμμόρφωσης (Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, Εισαγωγέας, Πληροφορίες καταχώρησης) μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, κάνετε κλικ στην επιλογή «Βοήθεια» ή «Σχετικά» από την κύρια οθόνη. Επιλέξτε την επιλογή «Ρυθμιστικές πληροφορίες». Το έγγραφο θα ανοίξει σε πρόγραμμα προβολής pdf.

Οι Οδηγίες χρήσης για αυτήν τη συσκευή παρέχονται ηλεκτρονικά στη μορφή Portable Document Format (.pdf). Για την προβολή των Οδηγιών χρήσης απαιτείται πρόγραμμα προβολής pdf. Ένα έντυπο αντίγραφο των Οδηγιών χρήσης μπορεί να δοθεί κατόπιν αιτήματος, δωρεάν, εντός 7 ημερολογιακών ημερών, μέσω email στη διεύθυνση service@neosoftmedical.com.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Οδηγίες χρήσης με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, κάντε κλικ στην επιλογή «Βοήθεια» ή «Σχετικά» από την Κύρια οθόνη. Επιλέξτε «Οδηγίες χρήσης». Οι Οδηγίες χρήσης θα ανοίξουν σε πρόγραμμα προβολής pdf.
2. Εάν το αρχικό πακέτο εγκατάστασης που λήφθηκε από την NeoSoft είναι διαθέσιμο, ανοίξτε το αρχείο zip, μεταβείτε στον φάκελο «Τεκμηρίωση», κατόπιν στον φάκελο «Οδηγίες χρήσης» και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Instructions for Use.pdf στη γλώσσα σας, η οποία υποδηλώνεται από τα γράμματα EN - Αγγλικά, FR - Γαλλικά, DE - Γερμανικά, EL - Ελληνικά, IT - Ιταλικά, LT - Λιθουανικά, ES - Ισπανικά, SV - Σουηδικά, TR - Τουρκικά, RO - Ρουμανικά, NL - Ολλανδικά, ZH-CN - Κινεζικά απλοποιημένα, PT-PT - Πορτογαλικά Πορτογαλίας, HU - Ουγγρικά, JA - Ιαπωνικά, VI - Βιετναμέζικα, PT-BR - Πορτογαλικά Βραζιλίας, ET - Εσθονικά.
3. Μεταβείτε στο φάκελο όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή. Εντοπίστε τον φάκελο «Τεκμηρίωση», ανοίξτε τον φάκελο «Οδηγίες χρήσης» και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Instructions for Use.pdf στη γλώσσα σας, η οποία υποδηλώνεται από τα γράμματα EN - Αγγλικά, FR - Γαλλικά, DE - Γερμανικά, EL - Ελληνικά, IT - Ιταλικά, LT - Λιθουανικά, ES - Ισπανικά, SV - Σουηδικά, TR - Τουρκικά, RO - Ρουμανικά, NL - Ολλανδικά, ZH-CN - Κινεζικά απλοποιημένα, PT-PT - Πορτογαλικά Πορτογαλίας, HU - Ουγγρικά, JA - Ιαπωνικά, VI - Βιετναμέζικα, PT-BR - Πορτογαλικά Βραζιλίας, ET - Εσθονικά.
4. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των οδηγιών χρήσης διατίθενται επίσης στη διεύθυνση www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής.
5. suiteHEART / suiteDXT Βασικό UDI DI Ομάδας Λογισμικών – 00850001088039.

Ιστορικό αναθεώρησης λογισμικού suiteDXT

Έκδοση λογισμικού	Ημερομηνία έκδοσης	Περιγραφή
1.0.0	Ιούνιος 2013	Αρχική έκδοση
1.0.1	Φεβρουάριος 2014	Εφαρμοσμένες επιλογές αδειοδότησης λογισμικού
2.0.0	Οκτώβριος 2014	Κατάργηση εξάρτησης από Microsoft SQL Ενημέρωση της διεπαφής χρήστη για αντιστοιχία με το suiteHEART Προσθήκη υποστήριξης για εξαγωγή μελέτης σε αρχείο συμπίεσης Προσθήκη υποστήριξης για συμπιεσμένες εικόνες DICOM Μετάφραση εφαρμογής στα Γερμανικά και τα Γαλλικά Προσθήκη υποστήριξης για Microsoft Windows 8.1 Κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows XP
2.1.0	Ιανουάριος 2015	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων Προσθήκη πληροφοριών στην Οδηγία περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
3.0.0	Οκτώβριος 2015	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων
3.0.1	Μάρτιος 2016	Προσθήκη δυνατοτήτων πολλών χρηστών. Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων
4.0.0	Οκτώβριος 2016	Προσθήκη υποστήριξης για μεταφορά δικτύου DICOM από suiteDXT σε suiteDXT Βελτίωση απόδοσης μεταφοράς DICOM
4.0.2	Μάιος 2017	Να γίνει προσθήκη δυνατότητας προεπεξεργασίας Κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Νοέμβριος 2017	Προσθήκη υποστήριξης για διαμόρφωση πολλαπλών σειρών στην προεπεξεργασία
4.0.5	Νοέμβριος 2017	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων
4.0.6	Μάιος 2018	Ενημέρωση υποστήριξης για προεπεξεργασία διαμόρφωσης Βελτίωση απόδοσης εισαγωγής DICOM
4.0.7	Νοέμβριος 2018	Προσθήκη στοιχείων ελέγχου/πρόσβασης
5.0.0	Ιούλιος 2019	Περιέχει ενημερώσεις σχετικά με: Προ-επεξεργασία
5.0.1	Φεβρουάριος 2020	Περιέχει ενημερώσεις σχετικά με: Εξαγωγή και Εισαγωγή Μελετών
5.0.2	Μάρτιος 2021	Προστέθηκε η λειτουργία αυτόματης διαγραφής, η δημιουργία φακέλων, βελτιωμένες επιλογές ανωνυμοποίησης, μικρές ενημερώσεις και διορθώσεις ελαττωμάτων. Αυτή η έκδοση είναι η αρχική έκδοση λογισμικού για την Κίνα.
5.0.2	Ιούνιος 2021	Προστέθηκαν το σύμβολο Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος, αναφορά στον εισαγωγέα, σημείωση αναφοράς σοβαρών περιστατικών
5.0.3	Σεπτέμβριος 2021	Προστέθηκε επεξεργασία T1/T2 και προεπεξεργασία συγχρονισμού. Αυτή η έκδοση είναι η αρχική έκδοση λογισμικού για τα ιαπωνικά και τα βιετναμέζικα.
5.1.0	Δεκέμβριος 2022	Προσθήκη υποστήριξης για Microsoft Windows 11 και κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows 7. Προσθήκη αυτόματης ανάκτησης προηγούμενων μελετών. Η παρούσα είναι η αρχική έκδοση λογισμικού για πορτογαλικά Βραζιλίας.
5.1.1	Οκτώβριος 2023	Προσθήκη λειτουργίας αντιγραφής μελέτης. Προσθήκη υποστήριξης για ανωνυμοποίηση πολλών μελετών. Η έκδοση 5.1.1 του suiteDXT θα είναι η τελευταία έκδοση λογισμικού που υποστηρίζεται στο Server 2012.
5.1.2	Ιούνιος 2025	Προστέθηκε λειτουργικότητα προεπεξεργασίας. Προστέθηκε η δυνατότητα εναλλαγής σχολιασμού. Προστέθηκαν ειδοποιήσεις.

Ενημερώσεις λογισμικού

Μπορούν να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις προεπεξεργασίας για τον τύπο προμηθευτή του σαρωτή MRI.

Υποστηρίζεται η δυνατότητα κατάργησης, αλλαγής της σειράς αναμονής ή διακοπής της προεπεξεργασίας μιας μελέτης με δεξί κλικ του ποντικιού.

Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + T για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις σημειώσεις στο παράθυρο προεπισκόπησης.

Βελτιωμένη ειδοποίηση για χαμηλό χώρο στο δίσκο και προβολή της κατάστασης αδειών χρήσης που δείχνει πόσες άδειες χρήσης είναι σε χρήση.

Σημειώσεις έκδοσης

Εισαγωγή μελέτης

Κατά τη διάρκεια μιας εισαγωγής, μην πατήσετε το κουμπί Ανανέωση.

Προ-επεξεργασία

- Η προεπεξεργασία δεν θα αντικαταστήσει μια προηγούμενη σειρά που έχει ήδη αναλυθεί.
- Εάν έχουν εντοπιστεί περισσότερες από έξι σειρές αντίθεσης φάσης για τις καρτέλες ανάλυσης ροής, η προεπεξεργασία θα πραγματοποιηθεί στις τελευταίες έξι σειρές αντίθεσης φάσης που εντοπίστηκαν.
- Η προεπεξεργασία για Canon 3D και 4D πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Windows 10 Enterprise

Εάν το suiteDXT δεν ανταποκρίνεται μετά την αλλαγή μεγέθους, όταν είναι εγκατεστημένο στα Windows 10 Enterprise, απενεργοποιήστε το Snap στις ρυθμίσεις πολλαπλών εργασιών των Windows και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το suiteDXT.

Περιβάλλον πολλαπλών χρηστών

Εάν μια μελέτη ανοίγεται στο λογισμικό suiteHEART® και ύστερα το suiteDXT τεθεί σε πλήρη οθόνη, οι λειτουργίες ελαχιστοποίησης, επαναφορά και κλείσιμο στην άνω δεξιά γωνία μπορεί να μην αποκρίνονται. Εάν συμβεί αυτό, επιλέξτε το λογισμικό suiteHEART® στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και ελαχιστοποιήστε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε πάλι τις λειτουργίες στην εφαρμογή suiteDXT. Για να αποφύγετε την κατάσταση αυτή, είτε επιλέξτε αυτόματη απόκρυψη της γραμμής εργαλείων, ή μην θέσετε την εφαρμογή suiteDXT σε πλήρη οθόνη.

„suiteDXT“

Leidimo pastabos

„NeoSoft, LLC“

NEOSOFT

NS-03-046-0007-LT 1 perž.
Autorių teisės „NeoSoft, LLC“, 2025 m.
Visos teisės saugomos

Gamintojas



„NeoSoft, LLC“

N27 W23910A Paul Road

Pewaukee, WI 53072 JAV

Telefonas: 262-522-6120

Interneto svetainė: www.neosoftllc.com

Pardavimai: orders@neosoftmedical.com

Aptarnavimas: service@neosoftmedical.com

Norėdami peržiūrėti atitiktą informaciją (įgaliotasis atstovas, importuotojas, registracijos informacija), paleidę programą pagrindiniame ekrane spustelėkite „Pagalba“ arba „Apie“. Pasirinkite parinktį „Reglamentavimo informacija“. Dokumentas bus atidarytas PDF žiūryklėje.

Šio įrenginio naudojimo instrukcija pateikiama elektroniniu būdu nešiojamojo dokumento formatu (.pdf). Norint peržiūrėti naudojimo instrukciją, reikalinga PDF (nešiojamojo dokumento formato) peržiūros priemonė. Paprašius, naudojimo instrukcijos popierinę kopiją galima gauti nemokamai per 7 kalendorines dienas, kreipiantis el. paštu service@neosoftmedical.com.

Naudojimo instrukciją galima rasti šiais būdais:

1. Paleidę programą pagrindiniame ekrane spustelėkite „Pagalba“ arba „Apie“. Pasirinkite parinktį „Naudojimo instrukcija“. Naudojimo instrukcija bus atidaryta PDF peržiūros priemonėje.
2. Jei turite originalų diegimo paketą, gautą iš „NeoSoft“, atidarykite ZIP failą ir eikite į aplanką „Dokumentacija“, tada į aplanką „Naudojimo instrukcija“ ir du kartus spustelėkite „Instructions for Use.pdf“ pažymėtą jūsų kalba: EN – anglų, FR – prancūzų, DE – vokiečių, EL – graikų, IT – italų, LT – lietuvių, ES – ispanų, SV – švedų, TR – turkų, RO – rumunų, NL – olandų, ZH_CN – supaprastinta kinų, PT-PT – Europos portugalų, HU – vengrų, JA – japonų, VI – vietnamiečių, PT-BR – Brazilijos portugalų, ET – estų.
3. Eikite į aplanką, kuriame įdiegta programa. Suraskite aplanką „Dokumentacija“, atidarykite aplanką „Naudojimo instrukcija“ ir du kartus spustelėkite „Instructions for Use.pdf“, pažymėtą jūsų kalba: EN – anglų, FR – prancūzų, DE – vokiečių, EL – graikų, IT – italų, LT – lietuvių, ES – ispanų, SV – švedų, TR – turkų, RO – rumunų, NL – olandų, ZH_CN – supaprastinta kinų, PT-PT – portugalų, HU – vengrų, JA – japonų, VI – vietnamiečių, PT-BR – Brazilijos portugalų, ET – estų.
4. Mažiausiai 15 metų nuo paskutinės pagaminimo datos elektronines naudojimo instrukcijos kopijas taip pat galima rasti tinklalapyje www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.
5. „suiteHEART“ / „suiteDXT“ programinės įrangos grupės pagrindinis UDI DI – 00850001088039.

„suiteDXT“ programinės įrangos peržiūrų istorija

Programinės įrangos versija	Leidimo data	Aprašas
1.0.0	2013 m. birželis	Pradinis leidimas
1.0.1	2014 m. vasaris	Įdiegtos programinės įrangos licencijavimo parinktys
2.0.0	2014 m. spalio	Pašalintas priklausymas nuo „Microsoft SQL“ Atnaujinta vartotojo sąsaja, kad sutaptų su „suiteHEART“ Pridėta pagalba tyrimų eksportui į ZIP failą Pridėta pagalba suglaudintiems DICOM vaizdams Programa išversta į vokiečių ir prancūzų kalbas Pridėta pagalba „Microsoft Windows 8.1“ Pašalinta pagalba „Microsoft Windows XP“
2.1.0	2015 m. sausis	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai Pridėta Medicinos prietaisų direktyvos informacija
3.0.0	2015 m. spalio	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai
3.0.1	2016 m. kovas	Pridėtos kelių naudotojų galimybės. Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai
4.0.0	2016 m. spalio	Pridėta pagalba tinklo perdavimui iš „suiteDXT“ į „suiteDXT“ DICOM Patobulintas DICOM perkėlimo veikimas
4.0.2	2017 m. gegužė	Pridėtas Pirminis apdorojimas Pašalinta pagalba „Microsoft Windows 8.1“
4.0.4	2017 m. lapkritis	Pridėta pagalba kelių serijų konfigūracijai išankstiniame apdorojime
4.0.5	2017 m. lapkritis	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai
4.0.6	2018 m. gegužė	Atnaujinta pagalba išankstinio apdorojimo konfigūracijai Patobulintas DICOM importo veikimas
4.0.7	2018 m. lapkritis	Pridėtas prieigos valdymas/leidimas
5.0.0	2019 m. liepa	Turi atnaujinimų, susijusių su: Pirminis apdorojimas
5.0.1	2020 m. vasaris	Turi atnaujinimų, susijusių su: Tyrimų importavimas ir eksportavimas
5.0.2	2021 m. kovas	Pridėta automatinio ištrynimo funkcija, aplanko kūrimo, patobulintos anonimizavimo parinktys, nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai. Šis leidimas yra pradinis programinės įrangos leidimas Kinijai.
5.0.2	2021 m. birželis	Pridėtas MD simbolis, importuotojo nuoroda, sunkių incidentų ataskaitos
5.0.3	2021 m. rugsėjis	Pridėtas T1/T2 apdorojimas ir sinchronizuotas išankstinis apdorojimas. Šis leidimas yra pradinis programinės įrangos leidimas japonų ir vietnamiečių kalbomis.
5.1.0	2022 m. gruodis	Pridėta pagalba „Microsoft Windows 11“ ir pašalinta pagalba „Microsoft Windows 7“. Pridėtas automatinis ankstesnių tyrimų gavimas. Tai pradinis programinės įrangos leidimas Brazilijos portugalų kalba.
5.1.1	2023 m. spalio	Pridėta tyrimo kopijavimo funkcija. Pridėta pagalba kelių tyrimų anonimizavimui. „suiteDXT“ versija 5.1.1 bus paskutinė programinės įrangos versija, palaikoma Server 2012.
5.1.2	2025 m. birželis	Pridėta išankstinio apdorojimo funkcija. Pridėta galimybė įjungti ir išjungti komentarus. Patobulinti pranešimai.

Programinės įrangos atnaujinimai

Galima konfigūruoti MRI skenerio gamintojo tipo pirminio apdorojimo nustatymus.

Galima pašalinti, pakeisti eilės tvarką arba sustabdyti tyrimo pirminį apdorojimą, spustelėjus dešiniuoju pelės mygtuku.

Naudokite Ctrl + T, kad perjungtumėte komentarus peržiūros lange.

Patobulintas pranešimas apie mažai vietos diske ir licencijų būsenos rodymas, kuris rodo, kiek licencijų yra naudojama.

Leidimo pastabos

Tyrimo importavimas

Importavimo metu nespauskite mygtuko Atnaujinti.

Pirminis apdorojimas

- Atliekant pirminį apdorojimą, anksčiau analizuota serija nebus perrašyta.
- Jei yra daugiau nei šešios fazinio kontrasto serijos, aptiktos Srauto analizės skirtukų, pirminis apdorojimas bus atliekamas paskutinėms šešioms aptiktoms fazinio kontrasto serijoms.
- Canon 3D ir 4D pirminis apdorojimas turi būti išjungtas.

„Windows 10 Enterprise“

Jei „Windows 10 Enterprise“ sistemoje įdiegta „suiteDXT“ nebeatsako po ekrano dydžio pakeitimo, „Windows Multitasking“ nustatymuose išjunkite „Snap“ ir paleiskite „suiteDXT“ iš naujo.

Kelių naudotojų aplinka

Kai tyrimas paleidžiamas „suiteHEART®“ programinėje įrangoje ir tada „suiteDXT“ nustatoma viso ekrano režimu, viršutiniame dešiniajame kampe esančios funkcijos Minimizuoti, Atkurti ir Išjungti gali neveikti. Taip nutikus, pasirinkite „suiteHEART®“ programinę įrangą iš įrankių juostos ekrano apačioje, kad minimizuotumėte programą ir atgautumėte „suiteDXT“ funkcijas. Kad to išvengtumėte, automatiškai paslėpkite įrankių juostą arba nenustatinėkite „suiteDXT“ viso ekrano režimu.

suiteDXT

Notas de publicación

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-ES Rev. 1
Derechos de autor 2025 NeoSoft, LLC
Todos los derechos reservados

Fabricante



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 EE. UU.

Teléfono: 262-522-6120
Página web: www.neosoftllc.com

Ventas: orders@neosoftmedical.com
Servicio: service@neosoftmedical.com

Para ver la información de cumplimiento (representante autorizado, importador, información de registro) después de iniciar la aplicación, haga clic en “Ayuda” o “Acerca de” en la pantalla principal. Seleccione la opción “Información regulatoria”. El documento se abrirá en un visor de pdf.

Las Instrucciones de uso de este dispositivo se proporcionan electrónicamente en formato de documento portátil (.pdf). Se requiere un visor de pdf para ver las Instrucciones de uso. Se puede proporcionar una copia impresa de las Instrucciones de uso a pedido, sin coste, en un plazo de 7 días naturales, previo envío de un correo electrónico a service@neosoftmedical.com.

Se puede acceder a las Instrucciones de uso de las siguientes maneras:

1. Después de iniciar la aplicación, haga clic en “Ayuda” o “Acerca de” en la pantalla principal. Seleccione la opción “Instrucciones de uso”. Las Instrucciones de uso se abrirán en un visor de pdf.
2. Si se encuentra disponible el paquete de instalación original que envía NeoSoft, abra el archivo zip y navegue hasta la carpeta “Documentación”, luego hasta la carpeta “Instrucciones de uso” y haga doble clic en “Instructions for Use.pdf” en su idioma, indicado por EN (inglés), FR (francés), DE (alemán), EL (griego), IT (italiano), LT (lituano), ES (español), SV (sueco), TR (turco), RO (rumano), NL (holandés), ZH_CN (chino simplificado), PT-PT (portugués europeo), HU (húngaro), JA (japonés), VI (vietnamita), PT-BR (portugués de Brasil) o ET (estonio).
3. Navegue hasta la carpeta donde se instaló la aplicación. Localice la carpeta “Documentación”, abra la carpeta “Instrucciones de uso” y haga doble clic en “Instructions for Use.pdf” en su idioma, indicado por las letras EN (inglés), FR (francés), DE (alemán), EL (griego), IT (italiano), LT (lituano), ES (español), SV (sueco), TR (turco), RO (rumano), NL (holandés), ZH_CN (chino simplificado), PT-PT (portugués europeo), HU (húngaro), JA (japonés), VI (vietnamita), PT-BR (portugués de Brasil) o ET (estonio).
4. Las copias electrónicas de las Instrucciones de uso también están disponibles en www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ durante al menos 15 años desde la última fecha de fabricación.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

Historial de revisión del software suiteDXT

Versión del software	Fecha de lanzamiento	Descripción
1.0.0	Junio de 2013	Versión inicial
1.0.1	Febrero de 2014	Implementación de opciones de licencia del software
2.0.0	Octubre de 2014	Eliminación de la dependencia de Microsoft SQL Actualización de la interfaz de usuario para que coincida con suiteHEART Compatibilidad con la exportación del estudio a un archivo zip añadida Compatibilidad con las imágenes DICOM comprimidas añadida Traducción de la aplicación al francés y al alemán Nueva compatibilidad con Microsoft Windows 8.1 Fin de compatibilidad con Microsoft Windows XP
2.1.0	Enero de 2015	Actualizaciones menores y corrección de defectos Incorporación de información sobre las directivas para equipos médicos
3.0.0	Octubre de 2015	Actualizaciones menores y corrección de defectos
3.0.1	Marzo de 2016	Incorporación de capacidades de multiusuario. Actualizaciones menores y corrección de defectos
4.0.0	Octubre de 2016	Compatibilidad con suiteDXT para la transferencia de red suiteDXT DICOM añadida Mejora del rendimiento de la transferencia DICOM
4.0.2	Mayo de 2017	Procesamiento previo añadido Se ha eliminado el soporte para Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Noviembre de 2017	Compatibilidad con la configuración de series múltiples en el procesamiento previo añadida
4.0.5	Noviembre de 2017	Actualizaciones menores y corrección de defectos
4.0.6	Mayo de 2018	Actualización de la compatibilidad con la configuración de procesamiento previo Mejora del rendimiento de importación DICOM
4.0.7	Noviembre de 2018	Incorporación de permiso y controles de acceso
5.0.0	Julio de 2019	Contiene actualizaciones relacionadas con: Procesamiento previo
5.0.1	Febrero de 2020	Contiene actualizaciones relacionadas con: Exportación e importación de estudios
5.0.2	Marzo de 2021	Incorporación de la funcionalidad de eliminación automática, creación de carpetas, opciones mejoradas de anonimización, actualizaciones menores, y corrección de defectos. Esta versión es la publicación inicial del software en China.
5.0.2	Junio de 2021	Se agregaron el símbolo MD, la referencia del importador y la nota sobre los informes de incidentes
5.0.3	Septiembre de 2021	Se agregó el procesamiento y la sincronización del procesamiento previo de T1/T2. Este lanzamiento es el primero del software en japonés y vietnamita.
5.1.0	Diciembre de 2022	Añadida compatibilidad con Microsoft Windows 11, fin de la compatibilidad con Microsoft Windows 7. Recuperación automática de estudios anteriores añadida. Este es el primer lanzamiento del software en portugués de Brasil.
5.1.1	Octubre de 2023	Añadida la funcionalidad de copia del estudio. Añadido el soporte para la anonimización de estudio múltiple. La versión 5.1.1 de suiteDXT será la última versión del <i>software</i> compatible con Server 2012.
5.1.2	Junio de 2025	Añadida la funcionalidad de procesamiento previo. Añadida la habilidad de activar y desactivar la anotación. Notificaciones mejoradas.

Actualizaciones de software

Se pueden configurar los ajustes de procesamiento previo del tipo de proveedor del escáner MRI.

Se puede eliminar, cambiar el orden de la cola o detener el procesamiento previo de un estudio con solo hacer clic con el botón derecho del ratón.

Utilice Ctrl + T para alternar la anotación en la ventana de vista previa.

Se ha mejorado la notificación de espacio insuficiente en el disco y la visualización del estado de las licencias, mostrando cuántas licencias están en uso.

Notas de publicación

Importar estudio

Durante una importación, no haga clic en el botón Actualizar.

Procesamiento previo

- El procesamiento previo no sobrescribirá una serie ya analizada.
- Si se detectan más de seis series de contraste de fase para las pestañas de análisis de flujo, el procesamiento previo se realizará en las últimas seis series de contraste de fase detectadas.
- El procesamiento previo para Canon 3D y 4D debería estar deshabilitado.

Windows 10 Enterprise

Si suiteDXT no responde después de cambiar de tamaño cuando se instala en Windows 10 Enterprise, desactive la opción Ajustar en la configuración multitarea de Windows y luego reinicie suiteDXT.

Entorno multiusuario

Cuando se inicia un estudio en el software suiteHEART® y luego suiteDXT se configura en pantalla completa, puede que dejen de responder las funciones de minimizar, restaurar y cerrar en la esquina superior derecha de la pantalla. Si esto sucede, seleccione el software suiteHEART® de la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla y minimice la aplicación para recuperar las funciones en suiteDXT. Para evitar este problema, oculte automáticamente la barra de herramientas o no configure suiteDXT en pantalla completa.

suiteDXT

Versionsinformation

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-SV Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Alla rättigheter förbehålls



För att se efterlevnadsinformation (auktoriserad representant, importör, registreringsinformation) klicka på "Hjälp" eller "Om" från startskärmen när applikationen har startats. Välj alternativet "Regulatorisk information". Dokumentet öppnas i en pdf-läsare.

Bruksanvisningen för den här enheten finns elektroniskt i Portable Document Format, (.pdf). En pdf-läsare krävs för att läsa bruksanvisningen. En papperskopia av bruksanvisningen kan tillhandahållas på begäran utan kostnad inom 7 kalenderdagar, via e-post till service@neosoftmedical.com.

Bruksanvisningar kan nås på följande sätt:

1. Klicka på "Hjälp" eller "Om" från startskärmen när applikationen har startats. Välj alternativet "Bruksanvisning". Bruksanvisningen öppnas i en pdf-läsare.
2. Om det ursprungliga installationspaketet som erhållits från NeoSoft är tillgängligt, öppna zip-filen och navigera till mappen "Dokumentation", sedan mappen "Bruksanvisning" och dubbelklicka på Instructions for Use.pdf på ditt språk, betecknad med EN - engelska, FR - franska, DE - tyska, EL - grekiska, IT - italienska, LT - litauiska, ES - spanska, SV - svenska, TR - turkiska, RO - rumänska, NL - holländska, ZH_CN - förenklad kinesiska, PT-PT - portugisiska (Europa), HU - ungerska, JA - japanska, VI - vietnamesiska, PT-BR - portugisiska (Brasilien), ET - estländska.
3. Navigera till mappen där applikationen är installerad. Leta reda på mappen "Dokumentation", öppna mappen "Bruksanvisning" och dubbelklicka på Instructions for Use.pdf på ditt språk, betecknad med EN - engelska, FR - franska, DE - tyska, EL - grekiska, IT - italienska, LT - litauiska, ES - spanska, SV - svenska, TR - turkiska, RO - rumänska, NL - holländska, ZH_CN - förenklad kinesiska, PT-PT - portugisiska (Europa), HU - ungerska, JA - japanska, VI - vietnamesiska, PT-BR - portugisiska (Brasilien), ET - estländska.
4. Elektroniska kopior av bruksanvisningen finns också tillgängliga på www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ i minst 15 år efter sista tillverkningsdatum.
5. suiteHEART/suiteDXT-programvarugruppens grundläggande UDI DI – 00850001088039.

Revisionshistorik för suiteDXT programvara

Programvaruversion	Versionsdatum	Beskrivning
1.0.0	Juni 2013	Första utgåvan
1.0.1	Februari 2014	Implementerat alternativ för programvarulicenser
2.0.0	Oktober 2014	Tagit bort Microsoft SQL-beroende Uppdaterat UI för att matcha suiteHEART Lagt till stöd för att exportera studie till zip-fil Lagt till stöd för att komprimera DICOM-bilder Översatt program till tyska och franska Lagt till stöd för Microsoft Windows 8.1 Tagit bort stöd för Microsoft Windows XP
2.1.0	Januari 2015	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel Lagt till information om direktiv för medicintekniska produkter
3.0.0	Oktober 2015	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel
3.0.1	Mars 2016	Lagt till kapacitet för flera användare. Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel
4.0.0	Oktober 2016	Lagt till stöd för nätverksöverföring av suiteDXT till suiteDXT DICOM Förbättrad prestanda för DICOM-överföring
4.0.2	Maj 2017	Lagt till förbehandling Tagit bort stöd för Microsoft Windows 8.1
4.0.4	November 2017	Lagt till stöd för konfigurerings av flera serier i förbehandling
4.0.5	November 2017	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel
4.0.6	Maj 2018	Uppdaterat stöd för förbehandling av konfigurerings Förbättrad prestanda för DICOM-import
4.0.7	November 2018	Lagt till åtkomstkontroller\stillstånd
5.0.0	Juli 2019	Innehåller uppdateringar relaterade till: Förbehandling
5.0.1	Februari 2020	Innehåller uppdateringar relaterade till: Export och import av studier
5.0.2	Mars 2021	Lagt till funktionalitet för automatisk radering, mappskapande, förbättrade anonymiseringsalternativ, mindre uppdateringar och felåtgärder. Denna utgåva är den ursprungliga programvaruutgåvan för Kina.
5.0.2	Juni 2021	Lade till MD-symbolen, importreferenser, kommentar om allvarlig incident
5.0.3	September 2021	Lade till T1/T2-behandling och synkad förbehandling. Denna utgåva är den ursprungliga programvaruutgåvan för japanska och vietnamesiska.
5.1.0	December 2022	Lade till support för Microsoft Windows 11 och tog bort support för Microsoft Windows 7. Lade till automatisk hämtning av tidigare studier. Detta är den ursprungliga programvaruutgåvan för brasiliansk portugisiska.
5.1.1	Oktober 2023	Funktion för kopiering av studier har lagts till. Lade till stöd för anonymisering av flera studier. suiteDXT version 5.1.1 kommer att vara den sista versionen av programvaran som stöds på Server 2012.
5.1.2	Juni 2025	Lade till förbehandlingsfunktionalitet. Möjligheten att växla mellan olika anteckningar har lagts till. Förbättrade meddelanden.

Programvaruuppdateringar

Förbehandlingsinställningar för leverantörstyp av MRI-skanner kan konfigureras.

Möjligheten att ta bort, ändra köordningen eller stoppa förbehandlingen av en studie genom att klicka med höger musknapp stöds.

Använd Ctrl + T för att växla mellan anteckningar i förhandsgranskningsfönstret.

Förbättrad avisering av lågt diskutrymme och visning av licensstatus som visar hur många licenser som används.

Versionsinformation

Studieimport

Klicka inte på uppdateringsknappen under import.

Förbehandling

- Förbehandling kommer inte att skriva över en tidigare analyserad serie.
- Om fler än sex faskontrastserier detekteras för flödesanalysfliken, kommer förbehandlingen att utföras på de sista sex detekterade faskontrastserierna.
- Förbehandling för Canon 3D och 4D bör inaktiveras.

Windows 10 Enterprise

Om suiteDXT inte svarar efter att storleken ändrats när den är installerad i Windows 10 Enterprise, inaktivera Snap i Windows multitasking-inställningar och starta sedan om suiteDXT.

Miljö med flera användare

När en studie startas i suiteHEART® programvara och suiteDXT ställs in till helskärm, kanske inte funktionerna minimera, återställ och stäng i övre högra hörnet svarar. Om det händer, välj suiteHEART® programvara från verktygsfältet längst ned på skärmen och minimera programmet för att återfå funktionerna i suiteDXT. För att undvika problemet, autodölj verktygsfältet eller använd inte helskrämsläge för suiteDXT.

suiteDXT

Sürüm Notları

NeoSoft, LLC

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "SOFT" in a lighter, grey, sans-serif font.

NS-03-046-0007-TR Rev. 1
Telif Hakkı 2025 NeoSoft, LLC
Tüm hakları saklıdır



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 ABD

Telefon: 262-522-6120
internet sitesi: www.neosoftllc.com

Satış: orders@neosoftmedical.com
Servis: service@neosoftmedical.com

Uygulamayı başlattıktan sonra uyumluluk bilgilerini (Yetkili Temsilci, İthalatçı, Kayıt bilgileri) görüntülemek için ana ekrandan "Yardım" veya "Hakkında" seçeneğine tıklayın. "Düzenleyici Bilgiler" seçeneğini seçin. Belge bir pdf görüntüleyicide açılacaktır.

Bu cihaz için Kullanım Talimatları, elektronik olarak Taşınabilir Doküman Biçiminde (.pdf) sunulmuştur. Bu Kullanım Talimatlarını görüntülemek için bir pdf görüntüleyici gereklidir. Kullanım Talimatlarının basılı bir kopyası, talep üzerine, 7 takvim günü içinde service@neosoftmedical.com adresine e-posta gönderilerek ücretsiz olarak temin edilebilir.

Kullanım Talimatlarına aşağıdaki yollarla erişilebilir:

1. Uygulamayı açtıktan sonra, ana ekranda "Yardım" ("Help") veya "Hakkında" ("About") ögesine tıklayın. "Kullanım Talimatları" ("Instructions for Use") ögesini seçin. Bir pdf görüntüleyici içinde Kullanım Talimatları açılacaktır.
2. NeoSoft'tan alınan orijinal kurulum paketi mevcutsa, zip dosyasını açın ve önce "Belgeler" ("Documentation") klasörüne, ardından "Kullanım Talimatları" ("Instructions for Use") klasörüne gidin ve ardından kendi dilinizdeki Instructions for Use.pdf dosyasına çift tıklayın. Diller ve işaretleri EN - İngilizce, FR - Fransızca, DE - Almanca, EL - Yunanca, IT - İtalyanca, LT - Litvanca, ES - İspanyolca, SV - İsveççe, TR - Türkçe, RO - Romence, NL - Felemenkçe, ZH_CN - Basitleştirilmiş Çince, PT-PT - Portekizce, HU - Macarca, JA - Japonca, VI - Vietnamca, PT-BR - Brezilya Portekizcesi, ET - Estonca olarak gösterilmiştir.
3. Uygulamanın kurulu olduğu klasöre gidin. "Belgeler" ("Documentation") klasörünü bulun, ardından "Kullanım Talimatları" ("Instructions for Use") klasörünü açın ve kendi dilinizdeki Instructions for Use.pdf dosyasına çift tıklayın. Diller ve işaretleri EN - İngilizce, FR - Fransızca, DE - Almanca, EL - Yunanca, IT - İtalyanca, LT - Litvanca, ES - İspanyolca, SV - İsveççe, TR - Türkçe, RO - Romence, NL - Felemenkçe, ZH_CN - Basitleştirilmiş Çince, PT-PT - Portekizce, HU - Macarca, JA - Japonca, VI - Vietnamca, PT-BR - Brezilya Portekizcesi, ET - Estonca olarak gösterilmiştir.
4. Kullanım Talimatlarının elektronik kopyalarına son üretim tarihinden itibaren en az 15 yıl boyunca www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ adresinden erişilebilir.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

suiteDXT Yazılım Revizyon Geçmişi

Yazılım Versiyonu	Sürüm Tarihi	Açıklama
1.0.0	Haziran 2013	İlk Sürüm
1.0.1	Şubat 2014	Uygulanan yazılım lisanslama seçenekleri
2.0.0	Ekim 2014	Microsoft SQL bağımlılığı kaldırıldı UI (Kullanıcı arayüzü), suiteHEART ile eşleşecek şekilde güncellendi Zip dosyasına çalışmayı dışa aktarma desteği eklendi Sıkıştırılmış DICOM görüntüleri için destek eklendi Uygulama Almanca ve Fransızca'ya çevrildi Microsoft Windows 8.1 desteği eklendi Microsoft Windows XP desteği kaldırıldı
2.1.0	Ocak 2015	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri Tıbbi Cihaz Direktifi bilgisi eklendi
3.0.0	Ekim 2015	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri
3.0.1	Mart 2016	Çoklu kullanıcı yetenekleri eklendi. Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri
4.0.0	Ekim 2016	suiteDXT'den suiteDXT DICOM'a ağ aktarımı desteği eklendi DICOM aktarım performansı geliştirildi
4.0.2	Mayıs 2017	Ön işleme ekleme Microsoft Windows 8.1 desteği kaldırıldı
4.0.4	Kasım 2017	Ön işlemede çoklu serilerin yapılandırılmasına yönelik destek eklendi
4.0.5	Kasım 2017	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri
4.0.6	Mayıs 2018	Ön işleme yapılandırılmasına yönelik destek güncellendi DICOM içe aktarma performansı geliştirildi
4.0.7	Kasım 2018	Erişim kontrolleri\izni eklendi
5.0.0	Temmuz 2019	Aşağıda belirtilen hususla ilgili güncellemeler içerir: Ön İşleme
5.0.1	Şubat 2020	Aşağıda belirtilen hususla ilgili güncellemeler içerir: Çalışmaların Dışa Aktarımı ve İçe Aktarımı
5.0.2	Mart 2021	Otomatik Silme işlevi, klasör oluşturma, gelişmiş Anonimleştirme seçenekleri, küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri eklendi. Bu sürüm, Çin için ilk yazılım sürümüdür.
5.0.2	Haziran 2021	MD sembolü, ithalatçı referansı, ciddi vaka raporlama notu
5.0.3	Eylül 2021	T1/T2 işleme ve Ön İşlemeyi Eşitle özellikleri eklendi. Bu sürüm, Japonca ve Vietnamca için ilk yazılım sürümüdür.
5.1.0	Aralık 2022	Microsoft Windows 11 desteği eklendi; Microsoft Windows 7 desteği kaldırıldı. Eski çalışmaların otomatik olarak geri getirilmesi özelliği eklendi. Bu, Brezilya Portekizcesi için ilk yazılım sürümüdür.
5.1.1	Ekim 2023	Çalışma kopyalama işlevi eklendi. Çoklu çalışma anonimleştirme desteği eklendi. suiteDXT sürüm 5.1.1, Server 2012'de desteklenen yazılımın son sürümü olacaktır.
5.1.2	Haziran 2025	Ön işleme işlevi eklendi. Notu açma/kapatma özelliği eklendi. Bildirimler iyileştirildi.

Yazılım Yükseltmeleri

MRI tarayıcı satıcı tipi için ön işleme ayarları yapılandırılabilir.

Fareye sağ tıklanarak bir çalışmanın ön işlemesini kaldırma, kuyruk sırasını değiştirme veya durdurma özelliği desteklenmektedir.

Önizleme penceresinde ek açıklamayı değiştirmek için Ctrl + T tuşlarını kullanın.

Düşük disk alanı bildirimi ve kaç lisansın kullanımda olduğunu gösteren lisanslama durumunun görüntülenmesi iyileştirildi.

Sürüm Notları

Çalışma İçerisi Aktarımı

İçerisi aktarma sırasında Yenile düğmesine tıklamayın.

Ön İşleme

- Ön işleme, daha önce analiz edilen bir dizinin üzerine yazmaz.
- Akış analizi sekmelerine yönelik altıdan fazla faz kontrast serisi tespit edilirse, ön işleme tespit edilen son altı faz kontrast serisinde gerçekleştirilecektir.
- Canon 3B ve 4B için ön işleme devre dışı bırakılmalıdır.

Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise işletim sistemine suiteDXT yüklendiğinde yeniden boyutlandırmanın ardından yanıt vermiyorsa, Windows Çoklu Görev Ayarlarında Snap'i devre dışı bırakın ve ardından suiteDXT'yi yeniden başlatın.

Çok Kullanıcı Ortamı

suiteHEART® Yazılımında bir çalışma başlatıldığında ve ardından suiteDXT tam ekrana ayarlandığında, sağ üst köşedeki simge durumuna küçültme, geri yükleme ve kapatma işlevleri yanıt vermeyebilir. Bu gerçekleştiğinde, ekranın altındaki araç çubuğundan suiteHEART® Software'ı seçin ve suiteDXT'deki işlevleri tekrar kazanmak için uygulamayı simge durumuna küçültün. Sorunu önlemek için araç çubuğunu otomatik olarak gizleyin veya suiteDXT'yi tam ekran olarak ayarlamayın.

suiteDXT

Note privind versiunea

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-RO Rev. 1
Drepturi de autor 2025 NeoSoft, LLC
Toate drepturile rezervate

Producător



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 S.U.A.

Telefon: 262-522-6120
site-ul web: www.neosoftllc.com

Vânzări: orders@neosoftmedical.com
Service: service@neosoftmedical.com

Pentru a vedea informațiile despre conformitate (Reprezentant autorizat, Importator, Informații despre înregistrare) după lansarea aplicației, dați clic pe „Ajutor” sau „Despre” de pe ecranul principal. Selectați opțiunea „Informații de reglementare”. Documentul se va deschide într-un vizualizator pdf.

Instrucțiunile de utilizare pentru acest dispozitiv sunt furnizate electronic în format document portabil (.pdf). Un vizualizator pdf este necesar pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare. O copie pe hârtie a instrucțiunilor de utilizare poate fi furnizată la cerere, fără costuri, în termen de 7 zile calendaristice, prin transmiterea unui e-mail către service@neosoftmedical.com.

Instrucțiunile de utilizare pot fi accesate în următoarele moduri:

1. După lansarea aplicației, faceți clic pe „Help (Ajutor)” sau „About (Despre)” din ecranul principal. Selectați opțiunea „Instructions for Use (Instrucțiuni de utilizare)”. Instrucțiunile de utilizare se vor deschide într-un vizualizator pdf.
2. Dacă pachetul de instalare inițial primit de la NeoSoft este disponibil, deschideți fișierul .zip și navigați la folder-ul „Documentation (Documentație)”, apoi la folder-ul „Instructions for Use (Instrucțiuni de utilizare)” și faceți dublu clic pe Instructions for Use.pdf, în limba dumneavoastră, denumit EN – Engleză, FR – Franceză, DE – Germană, EL – Greacă, IT – Italiană, LT – Lituaniană, ES – Spaniolă, SV – Suedeză, TR – Turcă, RO – Română, NL – Olandeză, ZH_CN – Chineză simplificată, PT-PT – Portugheză europeană, HU – Maghiară, JA – Japoneză, VI – Vietnameză, PT-BR – Portugheză pentru Brazilia ET - Estonă. .și faceți dublu clic pe Instrucțiuni de utilizare.pdf, în limba dumneavoastră
3. Accesați folderul în care este instalată aplicația. Găsiți folder-ul „Documentation (Documentație)”, deschideți folder-ul „Instructions for Use (Instrucțiuni de utilizare)” și faceți dublu clic pe Instructions for Use.pdf, în limba dumneavoastră, denumit EN – Engleză, FR – Franceză, DE – Germană, EL – Greacă, IT – Italiană, LT – Lituaniană, ES – Spaniolă, SV – Suedeză, TR – Turcă, RO – Română, NL – Olandeză, ZH_CN – Chineză simplificată, PT-PT – Portugheză europeană, HU – Maghiară, JA – Japoneză, VI – Vietnameză, PT-BR – Portugheză pentru Brazilia, ET - Estonă.
4. Copii electronice ale instrucțiunilor de utilizare sunt, de asemenea, disponibile pe www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ pentru cel puțin 15 ani de la ultima dată de fabricație.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

Istoric revizii pentru software-ul suiteDXT

Versiune software	Data de lansare	Descriere
1.0.0	Iunie 2013	Prima ediție
1.0.1	Februarie 2014	Au fost implementate opțiunile de licențiere a software-ului
2.0.0	Octombrie 2014	A fost eliminată dependența de Microsoft SQL A fost actualizată interfața utilizatorului pentru a corespunde suiteHEART A fost adăugat suport pentru exportarea studiului în fișier zip A fost adăugat suport pentru imaginile DICOM comprimate Aplicația a fost tradusă în germană și franceză A fost adăugat suport pentru Microsoft Windows 8.1 A încetat suportul pentru Microsoft Windows XP
2.1.0	Ianuarie 2015	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore Au fost adăugate informații despre Directiva privind dispozitivele medicale
3.0.0	Octombrie 2015	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore
3.0.1	Martie 2016	Au fost adăugate capacități pentru utilizatori multipli. Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore
4.0.0	Octombrie 2016	A fost adăugat suport pentru transferul prin rețea suiteDXT către DICOM suiteDXT A fost îmbunătățită performanța de transfer DICOM
4.0.2	Mai 2017	A fost adăugată pre-procesarea A încetat suportul pentru Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Noiembrie 2017	A fost adăugat suport pentru configurarea seriilor multiple în pre-procesare
4.0.5	Noiembrie 2017	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore
4.0.6	Mai 2018	A fost actualizat suportul pentru configurarea pre-procesării A fost îmbunătățită performanța de importare DICOM
4.0.7	Noiembrie 2018	Au fost adăugate permisiunea/comenzi de acces
5.0.0	Iulie 2019	Conține actualizări relative la: Pre-procesare
5.0.1	Februarie 2020	Conține actualizări relative la: Exportarea și importarea studiilor
5.0.2	Martie 2021	Au fost adăugate funcția de ștergere automată, crearea dosarelor, opțiuni îmbunătățite de ascundere a identității pacientului, actualizări minore și remedierea erorilor. Această ediție este versiunea inițială a software-ului pentru China.
5.0.2	Iunie 2021	A fost adăugat simbolul MD, notificarea de referință pentru importator, raportarea incidentelor grave
5.0.3	Septembrie 2021	Au fost adăugate procesarea T1/T2 și sincronizarea pre-procesării. Aceasta ediție este versiunea inițială a software-ului pentru japoneză și vietnameză.
5.1.0	Decembrie 2022	A fost adăugat suport pentru Microsoft Windows 11 și a încetat suportul pentru Microsoft Windows 7. A fost adăugată recuperarea automată a studiilor anterioare. Aceasta este versiunea inițială a software-ului pentru portugheză braziliană.
5.1.1	Octombrie 2023	S-a adăugat funcționalitatea de copiere a studiului. S-a adăugat asistența pentru anonimizarea mai multor studii. suiteDXT versiunea 5.1.1 va fi ultima versiune de software acceptată pe Server 2012.
5.1.2	Iunie 2025	S-a adăugat funcționalitatea de pre-procesare. S-a adăugat capacitatea de a comuta adnotarea. Notificări îmbunătățite.

Actualizări software

Pot fi configurate setările de pre-procesare pentru tipul de furnizor al scannerului RMN.

Este acceptată capacitatea de a elimina, de a modifica ordinea de așteptare sau de a opri pre-procesarea unui studiu prin efectuarea unui clic dreapta al mouse-ului.

Utilizați Ctrl + T pentru a comuta adnotarea în fereastra de previzualizare.

Notificare îmbunătățită a spațiului redus pe disc și vizualizarea stării de licențiere care afișează câte licențe sunt utilizate.

Note privind versiunea

Importare studiu

În timpul unei importări nu faceți clic pe butonul Reîmprospătare.

Pre-procesare

- Pre-procesarea nu va suprascrie o serie analizată anterior.
- Dacă există mai mult de șase serii cu contrast de fază detectate pentru filele de analiză a fluxului, pre-procesarea se va efectua pe ultimele șase serii cu contrast de fază detectate.
- Pre-procesarea pentru Canon 3D și 4D trebuie dezactivată.

Windows 10 Enterprise

Dacă suiteDXT nu mai răspunde după redimensionare atunci când este instalat pe Windows 10 Enterprise, dezactivați Captură în setările privind sarcinile multiple ale Windows și apoi reporniți suiteDXT.

Mediu utilizatori multipli

Atunci când un studiu este lansat (în software-ul suiteHEART® și apoi suiteDXT este setat pe ecran complet, este posibil ca funcțiile de minimizare, restabilire și închidere din colțul din dreapta sus să nu mai răspundă. Dacă se întâmplă acest lucru, selectați software-ul suiteHEART® din bara de instrumente din partea de jos a ecranului și minimizați aplicația pentru a redobândi funcțiile în suiteDXT. Pentru a evita această problemă, fie selectați opțiunea de ascundere automată a barei de instrumente, fie nu setați suiteDXT pe ecran complet.

suiteDXT

Opmerkingen bij deze uitgave

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-NL Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Alle rechten voorbehouden

Fabrikant



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072, VS

Telefoon: 262-522-6120
Website: www.neosoftllc.com

Verkoop: orders@neosoftmedical.com
Service: service@neosoftmedical.com

Nadat u de toepassing hebt gestart, klikt u vanaf het hoofdscherm op "Help" of "Over" op het hoofdscherm om nakomingsinformatie te zien (Geautoriseerde vertegenwoordiger, importeur, aanmeldingsinformatie). Selecteer de optie "Regelgevende informatie". Het document wordt geopend in een pdf-viewer.

De gebruikershandleiding voor dit apparaat wordt elektronisch verstrekt in Portable Document Format, (.pdf). Er is een pdf-viewer nodig om de gebruikershandleiding te bekijken. Een papieren exemplaar van de gebruikershandleiding kan op verzoek kosteloos en binnen 7 kalenderdagen worden verstrekt door een e-mail te sturen naar service@neosoftmedical.com.

De gebruikershandleiding is op de volgende manieren toegankelijk:

1. Nadat u de toepassing hebt gestart, klikt u in het hoofdscherm op "Help" of "Over". Selecteer de optie "Gebruikershandleiding". De gebruikershandleiding wordt geopend in een pdf-viewer.
2. Als het originele installatiepakket van NeoSoft beschikbaar is, open dan het zip-bestand en navigeer naar de map "Documentatie", vervolgens naar de map "Gebruiksaanwijzing" en dubbelklik op de Instructions for Use.pdf in uw taal, aangeduid met EN - Engels, FR - Frans, DE - Duits, EL - Grieks, IT - Italiaans, LT - Litouws, ES - Spaans, SV - Zweeds, TR - Turks, RO - Roemeens, NL - Nederlands, ZH_CN - Vereenvoudigd Chinees, PT-PT - Europees Portugees, HU - Hongaars, JA - Japans, VI - Vietnamees, PT-BR - Braziliaans Portugees, ET - Ests.
3. Navigeer naar de map waarin de toepassing is geïnstalleerd. Ga naar de map "Documentatie", open de map "Gebruiksaanwijzing" en dubbelklik op de Instructions for Use.pdf in uw taal, aangeduid met EN - Engels, FR - Frans, DE - Duits, EL - Grieks, IT - Italiaans, LT - Litouws, ES - Spaans, SV - Zweeds, TR - Turks, RO - Roemeens, NL - Nederlands, ZH_CN - Vereenvoudigd Chinees, PT-PT - Europees Portugees, HU - Hongaars, JA - Japans, VI - Vietnamees, PT-BR - Braziliaans Portugees, ET - Ests.
4. Elektronische kopieën van de gebruikshandleiding zijn ook beschikbaar op www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ gedurende ten minste 15 jaar vanaf de laatste productiedatum.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

suiteDXT Versieoverzicht software

Software versie	Uitgavedatum	Beschrijving
1.0.0	Juni 2013	Oorspronkelijke publicatiedatum
1.0.1	Februari 2014	Geïmplementeerde opties voor softwarelicenties
2.0.0	Oktober 2014	Afhankelijkheid van Microsoft SQL verwijderd UI bijgewerkt om met suiteHEART overeen te komen Ondersteuning voor het exporteren van een studie naar een zip-bestand toegevoegd Ondersteuning voor gecomprimeerde DICOM-afbeeldingen toegevoegd Applicatie naar Duits en Frans vertaald Ondersteuning voor Microsoft Windows 8.1 toegevoegd Ondersteuning voor Microsoft Windows XP opgegeven
2.1.0	Januari 2015	Kleine updates en reparatie van mankementen Richtlijn voor medische apparaten toegevoegd
3.0.0	Oktober 2015	Kleine updates en reparatie van mankementen
3.0.1	Maart 2016	Multigebruiker-mogelijkheden toegevoegd. Kleine updates en reparatie van mankementen
4.0.0	Oktober 2016	Ondersteuning voor suiteDXT naar suiteDXT DICOM netwerkoverdracht toegevoegd DICOM-overdrachtsprestaties verbeterd
4.0.2	Mei 2017	Voorverwerking toevoegen Ondersteuning voor Microsoft Windows 8.1 verwijderd
4.0.4	November 2017	Ondersteuning voor het configureren van meerdere series in voorverwerking toegevoegd
4.0.5	November 2017	Kleine updates en reparatie van mankementen
4.0.6	Mei 2018	Ondersteuning voor voorverwerken-configuratie bijgewerkt DICOM-importprestaties verbeterd
4.0.7	November 2018	Toegangscontrole/toestemming toegevoegd
5.0.0	Juli 2019	Bevat updates met betrekking tot: Voorverwerking
5.0.1	Februari 2020	Bevat updates met betrekking tot: Exporteren en importeren van studies
5.0.2	Maart 2021	Functie voor automatisch verwijderen, aanmaken van mappen, verbeterde opties voor anonimisering, kleine updates en reparatie van defecten toegevoegd. Deze uitgave is de eerste software-uitgave voor China.
5.0.2	Juni 2021	MD-symbool, importeurreferentie, rapportage-informatie ernstig incident toegevoegd
5.0.3	September 2021	T1/T2-verwerken en Sync-voorverwerken toegevoegd. Dit is de eerste software-uitgave voor Japans en Vietnamese.
5.1.0	December 2022	Ondersteuning voor Microsoft Windows 11 toegevoegd en ondersteuning voor Microsoft Windows 7 verwijderd. Automatisch ophalen van eerdere studies toegevoegd. Dit is de eerste software-uitgave voor Braziliaans Portugees.
5.1.1	Oktober 2023	Kopieerfunctie voor studie toegevoegd. Ondersteuning voor anonimisering van meerdere studies toegevoegd. suiteDXT versie 5.1.1 is de laatste versie van de software die wordt ondersteund op Server 2012.
5.1.2	Juni 2025	Functie voor voorverwerking toegevoegd. De mogelijkheid om te wisselen tussen annotaties is toegevoegd. Verbeterde meldingen.

Software-updates

Voorbewerkingsinstellingen voor het type MRI-scanner verkoper kunnen worden geconfigureerd.

De mogelijkheid om een studie te verwijderen, de volgorde van de wachtrij te wijzigen of de voorverwerking te stoppen door met de rechtermuisknop te klikken, wordt ondersteund.

Gebruik Ctrl + T om te wisselen tussen annotatie in het voorvertoningsvenster.

Verbeterde melding van te weinig schijfruimte en weergave van licentiestatus die aangeeft hoeveel licenties er in gebruik zijn.

Opmerkingen bij deze uitgave

Studie importeren

Klik tijdens het importeren niet op de knop Vernieuwen.

Voorverwerking

- Voorverwerken zal een eerder geanalyseerde serie niet overschrijven.
- Als er meer dan zes fasecontrastseries worden gedetecteerd voor het tabblad Stroomanalyse, zal het voorverwerken worden uitgevoerd op de laatste zes fasecontrastseries die worden gedetecteerd.
- Voor Canon 3D en 4D moet voorverwerking worden uitgeschakeld.

Windows 10 Enterprise

Als suiteDXT niet reageert na resizing wanneer geïnstalleerd op Windows 10 Enterprise, schakel dan Snap in Windows Multitasking-instellingen uit en herstart dan suiteDXT.

Multi-useromgeving

Wanneer er een studie wordt gestart in de suiteHEART®-software en als daarna suiteDXT op volledig scherm wordt gezet, zullen de functies verkleinen, terugzetten en sluiten (in de rechterbovenhoek) mogelijk niet reageren. Als dit gebeurt, selecteert u de suiteHEART®-software vanuit de toolbar onderaan het scherm en verkleint u de toepassing om deze functies weer terug te krijgen in suiteDXT. Om het probleem te vermijden kunt u of automatisch verbergen van de toolbar inschakelen, of u zet suiteDXT niet op volledig scherm.

suiteDXT

Notas de lançamento

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-PT-PT Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Todos os direitos reservados

Fabricante



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA (EUA)

Telefone: 262-522-6120
Sítio Web: www.neosoftllc.com

Vendas: orders@neosoftmedical.com
Serviço de apoio: service@neosoftmedical.com

Para visualizar a informação de conformidade (Representante Autorizado, Importador, informação de Registo) após o lançamento da aplicação, clique em “Help” (Ajuda) ou “About” (Sobre) a partir do ecrã principal. Selecione a opção “Regulatory Information” (Informação Regulamentar). O documento será aberto num leitor de PDF.

As instruções de utilização deste dispositivo são fornecidas em formato eletrónico, através de ficheiros PDF (.pdf). É necessário um leitor de ficheiros PDF para ver as instruções de utilização. Uma cópia impressa das instruções de utilização pode ser disponibilizada mediante solicitação, sem qualquer custo, dentro de 7 dias corridos, enviando um e-mail para service@neosoftmedical.com.

Pode aceder às instruções de utilização das seguintes maneiras:

1. Após iniciar a aplicação, clique em “Ajuda” ou “Sobre” no Ecrã Principal. Selecione a opção “Instruções de utilização”. As instruções de utilização serão abertas num leitor de PDF.
2. Se o pacote de instalação original recebido da NeoSoft estiver disponível, abra o ficheiro zip e navegue até à pasta “Documentação” e, em seguida, à pasta “Instruções de Utilização” e faça duplo clique em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Neerlandês, ZH_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita, T-BR - Português do Brasil, ET - Estónio.
3. Navegue até à pasta onde a aplicação está instalada. Localize a pasta “Documentação”, abra a pasta “Instruções de utilização” e clique duas vezes em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Holandês, ZH_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita e PT-BR - Português do Brasil, ET - Estónio.
4. Cópias eletrónicas das instruções de utilização também estão disponíveis em www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ durante pelo menos 15 anos a partir da última data de fabrico.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

Histórico de Revisões do Software suiteDXT

Versão do software	Data de lançamento	Descrição
1.0.0	Junho de 2013	Lançamento inicial
1.0.1	Fevereiro de 2014	Opções de licenciamento de software implementadas
2.0.0	Outubro de 2014	Removida a dependência do Microsoft SQL IU atualizada para corresponder ao suiteHEART Adicionado suporte para exportação de estudos para ficheiro zip Adicionado suporte para imagens DICOM comprimidas Aplicação traduzida para alemão e francês Adicionado suporte para Microsoft Windows 8.1 Suspensão do suporte para Microsoft Windows XP
2.1.0	Janeiro de 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos Adicionadas informações sobre a Diretiva de Dispositivos Médicos
3.0.0	Outubro de 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos
3.0.1	Março de 2016	Adicionados recursos de multiutilizador. Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.0	Outubro de 2016	Adicionado suporte para transferência suiteDXT para suiteDXT DICOM através da rede Melhorado o desempenho da transferência DICOM
4.0.2	Maio de 2017	Adicionado o pré-processamento Removido suporte para Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembro de 2017	Adicionado suporte para configurar várias séries no pré-processamento
4.0.5	Novembro de 2017	Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.6	Maio de 2018	Atualizado o suporte para configuração do pré-processamento Melhorado o desempenho da importação de DICOM
4.0.7	Novembro de 2018	Adicionados controlos de acesso\autorização
5.0.0	Julho de 2019	Contém atualizações relacionadas com: Pré-processamento
5.0.1	Fevereiro de 2020	Contém atualizações relacionadas com: Exportação e Importação de Estudos
5.0.2	Março de 2021	Adicionada funcionalidade de eliminação automática, criação de pastas, opções de Anonimização melhoradas, pequenas atualizações e correções de defeitos. Esta versão é a versão inicial do software para a China.
5.0.2	Junho de 2021	Adicionado o símbolo MD, referência do importador, nota de relatório de incidente grave
5.0.3	Setembro de 2021	Adicionado processamento T1/T2 e pré-processamento de sincronização. Esta versão é a versão inicial do software para japonês e vietnamita.
5.1.0	Dezembro de 2022	Adicionado suporte para Microsoft Windows 11 e removido o suporte para Microsoft Windows 7. Adicionada recuperação automática de estudos anteriores. Esta é a versão inicial do software para Português do Brasil.
5.1.1	Outubro de 2023	Adicionada a funcionalidade de cópia de estudo. Adicionado suporte para anonimização de múltiplos estudos. A versão 5.1.1 do suiteDXT será a última versão do software suportada no Server 2012.
5.1.2	Junho de 2025	Funcionalidade de pré-processamento adicionada. Adicionada a capacidade para ativar ou desativar a anotação. Notificações melhoradas.

Atualizações de Software

É possível configurar as definições de pré-processamento para o tipo de fornecedor do scanner de RM.

É suportada a capacidade para remover, alterar a ordem de fila ou interromper o pré-processamento de um estudo com um clique do botão direito do rato.

Utilize Ctrl+T para ativar ou desativar a anotação na janela de pré-visualização.

Melhoria na notificação de espaço reduzido em disco e visualização do estado do licenciamento, mostrando quantas licenças estão a ser utilizadas.

Notas de lançamento

Importação de Estudos

Durante uma importação, não clicar no botão Atualizar.

Pré-processamento

- O pré-processamento não substituirá uma série analisada anteriormente.
- Se houver mais de seis séries de contraste de fase detetadas para as guias de análise de fluxo, o pré-processamento será efetuado nas últimas seis séries de contraste de fase detetadas.
- O pré-processamento para Canon 3D e 4D deverá ser desativado.

Windows 10 Enterprise

Se o suiteDXT deixar de responder após o redimensionamento quando instalado no Windows 10 Enterprise, desative o Snap nas configurações de multitarefa do Windows e reinicie o suiteDXT.

Ambiente multiutilizador

Quando um estudo é iniciado no software suiteHEART® e, em seguida, o suiteDXT é definido para ecrã inteiro, as funções de minimizar, restaurar e fechar no canto superior direito podem parar de responder. Se isso acontecer, selecione o software suiteHEART® na barra de ferramentas na parte inferior do ecrã e minimize a aplicação para recuperar as funções em suiteDXT. Para evitar este problema, oculte automaticamente a barra de ferramentas ou não coloque suiteDXT em ecrã inteiro.

suiteDXT

Kibocsátási megjegyzések

NeoSoft, LLC

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "SOFT" in a lighter, grey, sans-serif font.

NS-03-046-0007-HU 1. változat
Copyright 2025. NeoSoft, LLC
Minden jog fenntartva

Gyártó



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Telefon: 262-522-6120
webhely: www.neosoftllc.com

Értékesítés: orders@neosoftmedical.com
Szerviz: service@neosoftmedical.com

A megfelelőségi információk (meghatalmazott képviselő, importőr, regisztrációs információ) megtekintéséhez kattintson a főképernyőn a „Súgó” vagy „Névjegy” lehetőségre az alkalmazás indítását követően. Válassza a „Szabályozói információk” lehetőséget. A dokumentum egy pdf-megjelenítőben fog megnyílni.

Az eszköz használati útmutatóját elektronikusan biztosítjuk hordozható dokumentum-formátumban (.pdf). A használati útmutató megjelenítéséhez pdf-megjelenítőre van szükség. A használati útmutató nyomtatott változatát igény szerint 7 naptári napon belül térítésmentesen biztosítjuk, ha e-mailt ír nekünk a service@neosoftmedical.com címre.

A használati útmutatót a következőképpen érheti el:

1. Az alkalmazás indítását követően a főképernyőn kattintson a „Súgó” vagy „Névjegy” lehetőségre. Válassza a „Használati útmutató” lehetőséget. A használati útmutató megnyílik egy pdf-megjelenítőben.
2. Ha rendelkezésére áll a NeoSoft által biztosított eredeti telepítési csomag, nyissa meg a zip fájlt, keresse meg a „Documentation” (Dokumentáció) mappát, majd kattintson duplán a nyelvéhez tartozó „Instructions for Use.pdf” (Használati útmutató) fájlra.
A nyelvkódok: EN – angol, FR – francia, DE – német, EL – görög, IT – olasz, LT – litván, ES – spanyol, SV – svéd, TR – török, RO – román, NL – holland, ZH_CN – egyszerűsített kínai, PT-PT – európai portugál, HU – magyar, JA – japán, VI – vietnámi, PT-BR – braziliai portugál, ET – észt.
3. Navigáljon arra a mappára, ahová az alkalmazást telepítették. Keresse meg a „Documentation” (Dokumentáció) mappát, majd kattintson duplán a nyelvéhez tartozó „Instructions for Use.pdf” (Használati útmutató) fájlra. A nyelvkódok: EN – angol, FR – francia, DE – német, EL – görög, IT – olasz, LT – litván, ES – spanyol, SV – svéd, TR – török, RO – román, NL – holland, ZH_CN – egyszerűsített kínai, PT-PT – európai portugál, HU – magyar, JA – japán, VI – vietnámi, T-BR – braziliai portugál, ET – észt.
4. A használati útmutató elektronikus példányai a www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ címen is elérhetők az utolsó gyártási dátumot követő legalább 15 éven keresztül.
5. suiteHEART / suiteDXT szoftvercsoport elsődleges egyedi azonosító – 00850001088039.

A suiteDXT szoftvermódosítási előzményei

Szoftververzió	Kiadás dátuma	Leírás
0.0.1	2013. június	Első kiadás
1.0.1	2014. február	Szoftverlicencelési lehetőségek megvalósítása
2.0.0	2014. október	Microsoft SQL-függőség eltávolítása A felhasználói felület frissítése, hogy összhangban legyen a suiteHEART-tal Vizsgálat tömörített fájlba történő exportálási támogatásának hozzáadása Tömörített DICOM-képek támogatásának hozzáadása Alkalmazás fordítása németre és franciára. Microsoft Windows 8.1 támogatásának hozzáadása. Microsoft Windows XP támogatásának elhagyása.
2.1.0	2015. január	Kisebb frissítések és hibajavítások. Orvostechikai eszközökről szóló irányelvhez kapcsolódó információk hozzáadása.
3.0.0	2015. október	Kisebb frissítések és hibajavítások.
3.0.1	2016. március	Többfelhasználós képességek hozzáadása. Kisebb frissítések és hibajavítások.
4.0.0	2016. október	suiteDXT – suiteDXT DICOM-hálózatiátvitel támogatásának hozzáadása Javított DICOM-átviteli teljesítmény
4.0.2	2017. május	Előfeldolgozás hozzáadása Microsoft Windows 8.1 támogatásának elhagyása.
4.0.4	2017. november	Több sorozat előfeldolgozás során történő konfigurálásához kapcsolódó támogatás hozzáadása
4.0.5	2017. november	Kisebb frissítések és hibajavítások.
4.0.6	2018. május	Előfeldolgozási konfiguráció támogatásának frissítése Javított DICOM-importálási teljesítmény
4.0.7	2018. november	Hozzáférés-vezérlések/engedélyek hozzáadása.
5.0.0	2019. július	A következőhöz kapcsolódó frissítéseket tartalmaz: Előfeldolgozás
5.0.1	2020. február	A következőhöz kapcsolódó frissítéseket tartalmaz: Vizsgálatok exportálása és importálása.
5.0.2	2021. március	Automatikus törlési funkcionalitás, mappalétrehozás és javított névtelenítési lehetőségek hozzáadása, kisebb frissítések és hibajavítások. Ez a kiadás az első kínai szoftverkiadás.
5.0.2	2021. június	Új elemek: orvostechikai eszköz jele, importőri hivatkozás, rendkívüli események jelentési információi
5.0.3	2021. szeptember	T1/T2 feldolgozás és szinkronizálási előfeldolgozás hozzáadása. Ez a kiadás az első japán és vietnami szoftverkiadás.
5.1.0	2022. december	Microsoft Windows 11 támogatásának hozzáadása, és Microsoft Windows 7 támogatásának elhagyása. Hozzáadásra került a korábbi vizsgálatok automatikus visszakeresése. Ez az első brazil és portugál szoftverkiadás.
5.1.1	2023. október	Vizsgálat másolata funkció hozzáadva. Több vizsgálat anonimizálása funkció hozzáadva. A suiteDXT 5.1.1 verziója lesz a szoftver Server 2012-n támogatott utolsó verziója.
5.1.2	2025. június	Előfeldolgozás funkció hozzáadva. Jelölés be- és kikapcsolása funkció hozzáadva. Továbbfejlesztett értesítések.

Szoftverfrissítések

Az előfeldolgozási beállítások az MRI-szkenner forgalmazójának típusához állíthatók.

Támogatott a vizsgálat előfeldolgozásának eltávolítása, a sorrendjének megváltoztatása vagy leállítása a jobb egérgomb használatával.

Használja a Ctrl+T billentyűkombinációt a jelölés ki- és bekapcsolásához az előnézet ablakban.

Továbbfejlesztett értesítések a kevés lemezterülettel kapcsolatban, illetve licencek állapotának megtekintése, ahol látható, hogy hány licenc van használatban.

Kibocsátási megjegyzések

Vizsgálatok importálása

Importálás közben ne kattintson a „Frissítés” gombra.

Előfeldolgozás

- Az előfeldolgozás nem fogja felülírni a korábban elemzett sorozatokat.
- Ha az „Áramláselemzések” fülön több mint hat észlelt fáziskontrasztos sorozat van, az előfeldolgozás a legutóbbi hat észlelt fáziskontrasztos sorozaton fog történni.
- Canon 3D és 4D esetén az előfeldolgozást ki kell kapcsolni.

Windows 10 Enterprise

Ha a Windows 10 Enterprise-on telepített suiteDXT nem válaszol, kapcsolja ki a „Dokkolás” lehetőséget a Windows ablakkezelési beállításaiban, és indítsa újra a suiteDXT-t.

Többfelhasználós környezet

Amikor a suiteHEART® szoftverben vizsgálatot indítanak, és a suiteDXT-t teljes képernyőre állítják, előfordulhat, hogy a jobb felső sarokban a kis méret, visszaállítás és bezárás funkciók nem működnek. Ha ez történik, válassza a suiteHEART® szoftvert a képernyő alján található eszköztárban, és minimalizálja az alkalmazást, hogy a suiteDXT funkciói megint működjenek. A probléma elkerülése érdekében rejtse el automatikusan az eszköztárat, vagy ne állítsa a suiteDXT-t teljes képernyőre.

suiteDXT

Thông tin phiên bản

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-046-0007-VI Bản sửa đổi 1
Bản quyền 2025 của NeoSoft, LLC
Bảo lưu mọi quyền

Nhà sản xuất



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Điện thoại: 262-522-6120
trang web: www.neosoftllc.com

Bộ phận bán hàng: orders@neosoftmedical.com
Bộ phận dịch vụ: service@neosoftmedical.com

Để xem thông tin tuân thủ (Đại diện được ủy quyền, Nhà nhập khẩu, Thông tin đăng ký) sau khi mở ứng dụng, hãy nhấp vào “Trợ giúp” hoặc “Giới thiệu” trên màn hình chính. Chọn tùy chọn “Thông tin pháp lý”. Tài liệu sẽ mở trong trình xem pdf.

Hướng dẫn sử dụng thiết bị này được cung cấp bằng hình thức điện tử ở Định dạng tài liệu di động (.pdf). Cần có trình xem pdf để xem Hướng dẫn sử dụng. Bạn có thể yêu cầu cung cấp miễn phí bản giấy Hướng dẫn sử dụng trong vòng 7 ngày theo lịch, bằng cách gửi email đến địa chỉ service@neosoftmedical.com.

Có thể truy cập Hướng dẫn sử dụng theo các cách sau:

1. Sau khi mở ứng dụng, hãy nhấp vào “Trợ giúp” hoặc “Giới thiệu” trên màn hình chính. Chọn tùy chọn “Hướng dẫn sử dụng”. Hướng dẫn sử dụng sẽ mở trong trình xem pdf.
2. Nếu nhận được gói cài đặt gốc từ NeoSoft, hãy mở tệp zip, rồi vào thư mục “Tài liệu”, chọn thư mục “Hướng dẫn sử dụng”, sau đó nhấp đúp vào Instructions for Use.pdf ở ngôn ngữ của bạn, theo quy ước EN - tiếng Anh, FR - tiếng Pháp, DE - tiếng Đức, EL - tiếng Hy Lạp, IT - tiếng Ý, LT - tiếng Litva, ES - tiếng Tây Ban Nha, SV - tiếng Thụy Điển, TR - tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, RO - tiếng Rumani, NL - tiếng Hà Lan, ZH_CN - Tiếng Trung giản thể, PT-PT - tiếng Bồ Đào Nha (châu Âu), HU - tiếng Hungary, JA - tiếng Nhật, VI - tiếng Việt, PT-BR - tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), ET - tiếng Estonia.
3. Chuyển đến thư mục cài đặt ứng dụng. Tìm thư mục “Tài liệu”, mở thư mục “Hướng dẫn sử dụng”, rồi nhấp đúp vào Instructions for Use.pdf ở ngôn ngữ của bạn, theo quy ước EN - tiếng Anh, FR - tiếng Pháp, DE - tiếng Đức, EL - tiếng Hy Lạp, IT - tiếng Ý, LT - tiếng Litva, ES - tiếng Tây Ban Nha, SV - tiếng Thụy Điển, TR - tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, RO - tiếng Rumani, NL - tiếng Hà Lan, ZH_CN - Tiếng Trung giản thể, PT-PT - tiếng Bồ Đào Nha (châu Âu), HU - tiếng Hungary, JA - tiếng Nhật, VI - tiếng Việt, PT-BR - tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), ET - tiếng Estonia.
4. Hướng dẫn sử dụng ở định dạng điện tử cũng có sẵn tại www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ trong tối thiểu 15 năm kể từ ngày sản xuất cuối cùng.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

Lịch sử sửa đổi phần mềm suiteDXT

Phiên bản phần mềm	Ngày phát hành	Mô tả
1.0.0	Tháng 6 năm 2013	Phát hành lần đầu
1.0.1	Tháng 2 năm 2014	Triển khai các tùy chọn cấp phép phần mềm
2.0.0	Tháng 10 năm 2014	Xóa phần phụ thuộc vào Microsoft SQL Cập nhật UI để khớp với suiteHEART Bổ sung hỗ trợ để xuất nghiên cứu ra tệp zip Bổ sung hỗ trợ dành cho các hình ảnh DICOM nén Dịch ứng dụng sang tiếng Đức và tiếng Pháp Bổ sung hỗ trợ cho Microsoft Windows 8.1 Loại bỏ hỗ trợ cho Microsoft Windows XP
2.1.0	Tháng 1 năm 2015	Cập nhật nhỏ và sửa lỗi Bổ sung thông tin Chỉ thị về thiết bị y tế
3.0.0	Tháng 10 năm 2015	Cập nhật nhỏ và sửa lỗi
3.0.1	Tháng 3 năm 2016	Bổ sung các khả năng cho phép nhiều người dùng. Cập nhật nhỏ và sửa lỗi
4.0.0	Tháng 10 năm 2016	Bổ sung hỗ trợ cho suiteDXT để truyền mạng DICOM của suiteDXT Cải tiến hiệu suất truyền DICOM
4.0.2	Tháng 5 năm 2017	Bổ sung chức năng Tiền xử lý Xóa hỗ trợ cho Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Tháng 11 năm 2017	Bổ sung hỗ trợ để cấu hình nhiều chuỗi ảnh trong chức năng tiền xử lý
4.0.5	Tháng 11 năm 2017	Cập nhật nhỏ và sửa lỗi
4.0.6	Tháng 5 năm 2018	Cập nhật hỗ trợ để cấu hình chức năng tiền xử lý Cải tiến hiệu suất nhập DICOM
4.0.7	Tháng 11 năm 2018	Bổ sung các nút kiểm soát truy cập/quyền truy cập
5.0.0	Tháng 7 năm 2019	Bao gồm các bản cập nhật liên quan đến: Chức năng tiền xử lý
5.0.1	Tháng 2 năm 2020	Bao gồm các bản cập nhật liên quan đến: Xuất và nhập các nghiên cứu
5.0.2	Tháng 3 năm 2021	Bổ sung chức năng Tự động xóa, tạo thư mục, nâng cao tùy chọn Ẩn danh, cập nhật nhỏ và sửa lỗi. Đây là bản phát hành phần mềm đầu tiên cho thị trường Trung Quốc.
5.0.2	Tháng 6 năm 2021	Bổ sung biểu tượng MD, tài liệu tham khảo cho nhà nhập khẩu, ghi chú báo cáo sự cố nghiêm trọng
5.0.3	Tháng 9 năm 2021	Bổ sung chức năng xử lý T1/T2 và Đồng bộ hóa quá trình Tiền xử lý. Đây là bản phát hành phần mềm đầu tiên cho thị trường Nhật Bản và Việt Nam.
5.1.0	Tháng 12 năm 2022	Bổ sung hỗ trợ cho Microsoft Windows 11 và bỏ hỗ trợ cho Microsoft Windows 7. Bổ sung tính năng tự động truy xuất các nghiên cứu trước đó. Đây là bản phát hành phần mềm đầu tiên cho tiếng Bồ Đào Nha (Brazil).
5.1.1	Tháng 10 năm 2023	Bổ sung chức năng sao chép nghiên cứu. Bổ sung hỗ trợ để ẩn danh nhiều nghiên cứu. Phần mềm suiteDXT phiên bản 5.1.1 sẽ là phiên bản phần mềm cuối cùng được hỗ trợ trên Server 2012.
5.1.2	Tháng 6 năm 2025	Đã bổ sung chức năng tiền xử lý. Đã thêm khả năng chuyển đổi chú thích. Đã cải thiện thông báo.

Cập nhật phần mềm

Có thể cấu hình cài đặt tiền xử lý cho loại nhà cung cấp máy quét MRI.

Hỗ trợ cho phép xóa, thay đổi thứ tự hàng đợi hoặc dừng tiền xử lý một nghiên cứu bằng cách nhấp chuột phải.

Sử dụng Ctrl + T để chuyển đổi chú thích trong cửa sổ xem trước.

Cải thiện thông báo về dung lượng đĩa thấp và xem trạng thái cấp phép hiển thị số lượng giấy phép đang được sử dụng.

Thông tin phiên bản

Nhập nghiên cứu

Trong quá trình nhập, không nhấp vào nút Làm mới.

Chức năng tiền xử lý

- Chức năng tiền xử lý sẽ không ghi đè chuỗi ảnh đã phân tích trước đó.
- Nếu phát hiện có hơn sáu chuỗi ảnh tương phản pha trong tab Phân tích lưu lượng thì chức năng tiền xử lý sẽ được thực hiện trên sáu chuỗi ảnh tương phản pha cuối cùng phát hiện được.
- Cần vô hiệu hóa tiền xử lý cho Canon 3D và 4D.

Windows 10 Enterprise

Nếu suiteDXT không phản hồi sau thao tác đối kích cỡ khi được cài đặt trên Windows 10 Enterprise, hãy tắt chức năng Chụp nhanh trong Cài đặt đa tác vụ Windows rồi khởi động lại suiteDXT.

Môi trường nhiều người dùng

Khi khởi chạy nghiên cứu trong Phần mềm suiteHEART® và sau đó đặt suiteDXT thành toàn màn hình, các chức năng thu nhỏ, khôi phục và đóng ở góc trên bên phải có thể không phản hồi. Nếu xảy ra tình trạng này, hãy chọn Phần mềm suiteHEART® từ thanh công cụ ở phía dưới cùng của màn hình và thu nhỏ ứng dụng để lấy lại các chức năng trong suiteDXT. Để tránh xảy ra vấn đề này, hãy tự động ẩn thanh công cụ hoặc không để suiteDXT ở chế độ toàn màn hình.

suiteDXT

Notas de versões

NeoSoft, LLC



NS-03-046-0007-PT-BR Rev. 1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
Todos os direitos reservados

Fabricante



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 EUA

Tel: 262-522-6120
site: www.neosoftllc.com

Vendas: orders@neosoftmedical.com
Serviços: service@neosoftmedical.com

Para visualizar as informações de conformidade (Representante autorizado, Importador, Informações de registro) após iniciar o aplicativo, clique em “Ajuda” ou “Sobre” na tela principal. Selecione a opção “Informações Regulatórias”. O documento será aberto em um visualizador de pdf.

As instruções de uso deste dispositivo são fornecidas eletronicamente em formato Portable Document Format, (.pdf). Um visualizador de pdf é necessário para visualizar as instruções de uso. Uma cópia impressa das instruções de uso pode ser fornecida mediante solicitação, sem custo, dentro de 7 dias corridos, pelo e-mail service@neosoftmedical.com.

As instruções de uso podem ser acessadas das seguintes formas:

1. Após iniciar o aplicativo, clique em “Ajuda” ou “Sobre” na tela principal. Selecione a opção "Instruções de uso". As instruções de uso serão abertas em um visualizador de pdf.
2. Se o pacote de instalação original recebido da NeoSoft estiver disponível, abra o arquivo zip e navegue até a pasta “Documentação”, depois até a pasta “Instruções de uso” e clique duas vezes em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Holandês, ZH_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita, PT-BR - Português Brasileiro, ET - Estoniano.
3. Navegue até a pasta onde o aplicativo está instalado. Localize a pasta “Documentação”, abra a pasta “Instruções de uso” e clique duas vezes em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Holandês, ZH_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita, PT -BR - Português Brasileiro, ET - Estoniano.
4. Cópias eletrônicas das instruções de uso também estão disponíveis no site www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ por pelo menos 15 anos a partir da última data de fabricação.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

Histórico de revisão do Software suiteDXT

Versão do software	Data de lançamento	Descrição
1.0.0	Junho de 2013	Versão inicial
1.0.1	Fevereiro de 2014	Opções de licenciamento de software implementadas
2.0.0	Outubro de 2014	Removida a dependência do Microsoft SQL IU atualizada para combinar com o suiteHEART Adicionado suporte para exportação de estudos ao zipfile Adicionado suporte para imagens DICOM comprimidas Aplicativo traduzido para alemão e francês Adicionado suporte para Microsoft Windows 8.1 Suporte abandonado para Microsoft Windows XP
2.1.0	Janeiro de 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos Informações adicionais sobre a Diretiva de Dispositivos Médicos
3.0.0	Outubro de 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos
3.0.1	Março de 2016	Adicionadas Capacidades multiusuário. Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.0	Outubro de 2016	Suporte adicional para suiteDXT à transferência de rede suiteDXT DICOM Melhoria do desempenho de transferência DICOM
4.0.2	Maio de 2017	Adicionado pré-processamento Removido suporte para Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembro de 2017	Adicionado suporte para configuração de múltiplas séries no pré-processamento
4.0.5	Novembro de 2017	Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.6	Maio de 2018	Suporte atualizado para configuração de pré-processamento Melhor desempenho das importações DICOM
4.0.7	Novembro de 2018	Acréscimo de controles de acesso\permissão
5.0.0	Julho de 2019	Contém atualizações relacionadas a: Pré-processamento
5.0.1	Fevereiro de 2020	Contém atualizações relacionadas a: Exportação e importação de estudos
5.0.2	Março de 2021	Adicionada funcionalidade Exclusão automática, criação de pastas, opções aprimoradas de anonimização, pequenas atualizações e correções de defeitos. Esta versão é a versão inicial do software para a China.
5.0.2	Junho de 2021	Adicionado o símbolo MD, referência do importador, observação de relatório sobre incidentes graves
5.0.3	Setembro de 2021	Acrescentado processamento T1/T2 e pré-processamento de sincronização. Esta versão é a versão inicial do software para japonês e vietnamita.
5.1.0	Dezembro de 2022	Adicionado suporte ao Microsoft Windows 11 e removido o suporte ao Microsoft Windows 7. Adicionada a recuperação automática de estudos prévios. Esta é a versão inicial do software para português brasileiro.
5.1.1	Outubro de 2023	Adicionada funcionalidade de cópia de estudo. Adicionado suporte para anonimato de vários estudos. O suiteDXT versão 5.1.1 será a última versão de software suportada no Server 2012.
5.1.2	Junho de 2025	Funcionalidade Pré-processamento adicionada. Adicionada a capacidade de alternar a anotação. Notificações melhoradas.

Atualizações do software

As configurações de pré-processamento para o tipo de fornecedor do scanner de ressonância magnética podem ser definidas.

Há suporte para a capacidade de remover, alterar a ordem da fila ou interromper o pré-processamento de um estudo clicando com o botão direito do mouse.

Use Ctrl + T para alternar a anotação na janela de visualização.

Notificação aprimorada de pouco espaço em disco e visualização do status do licenciamento mostrando quantas licenças estão em uso.

Notas de versões

Importar estudo

Durante uma importação, não clique no botão Atualizar.

Pré-processamento

- O pré-processamento não sobregravará uma série previamente analisada.
- Se forem detectadas mais de seis séries de contraste de fase para as abas de análise de fluxo, o pré-processamento será realizado nas últimas seis séries de contraste de fase detectadas.
- O pré-processamento para Canon 3D e 4D deve ser desativado.

Windows 10 Enterprise

Se o suiteDXT ficar sem resposta após o redimensionamento quando instalado no Windows 10 Enterprise, desabilite o Snap nas Configurações Multitarefa do Windows e reinicie o suiteDXT.

Ambiente Multiusuário

Quando um estudo é aberto no software suiteHEART® e então o suiteDXT é configurado para tela cheia, as funções minimizar, restaurar e fechar (no canto superior direito) podem ficar sem resposta. Se isso acontecer, selecione o software suiteHEART® na barra de ferramentas na parte inferior da tela e minimize o aplicativo para recuperar as funções no suiteDXT. Para evitar o problema, esconda automaticamente a barra de ferramentas ou não faça com que o suiteDXT seja exibido em tela cheia.

suiteDXT

リリースノート

NeoSoft, LLC

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "SOFT" in a grey, sans-serif font.

NS-03-046-0007-JA 改訂1
Copyright 2025 NeoSoft, LLC
無断複写・複製・転載禁止

製造元



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

電話：262-522-6120

Website：www.neosoftllc.com

営業：orders@neosoftmedical.com

サービス：service@neosoftmedical.com

アプリケーション起動後にコンプライアンス情報（正規代理店、輸入者、登録情報）を表示するには、メイン画面で [Help（ヘルプ）] または [About（概要）] をクリックします。[Regulatory Information（規制に関する情報）] オプションを選択します。文書は pdfビューアーで表示されます。

本機器の使用説明書は、PDF 形式で電子的に提供されます。使用説明書を表示するには、PDF ビューアが必要です。ご要望があれば、使用説明書の書面コピーを無料で 7 暦日以内にお送りします。service@neosoftmedical.com までメールでご連絡ください。

使用説明書は以下の方法でアクセスできます。

1. アプリケーションの起動後、メイン画面で [Help(ヘルプ)] または [About(概要)] をクリックします。[Instructions for Use(使用説明書)] オプションを選択します。PDF ビューアで使用説明書が開きます。
2. NeoSoft からオリジナルのインストールパッケージを入手できる場合は、ZIP ファイルを開いて [Documentation（ドキュメント）] フォルダに移動し、[Instructions for Use（使用説明書）] フォルダでお使いになっている言語の Instructions for Use.pdf をダブルクリックします（EN - 英語、FR - フランス語、DE - ドイツ語、EL - ギリシャ語、IT - イタリア語、LT - リトアニア語、ES - スペイン語、SV - スウェーデン語、TR - トルコ語、RO - ルーマニア語、NL - オランダ語、ZH_CN - 簡体字中国語、PT-PT - イベリアポルトガル語、HU - ハンガリー語、JA - 日本語、VI - ベトナム語、PT-BR - ブラジルポルトガル語、ET - エストニア語）。
3. アプリケーションがインストールされているフォルダに移動します。[Documentation（ドキュメント）] フォルダに移動し、[Instructions for Use（使用説明書）] フォルダを開いて、お使いになっている言語の Instructions for Use.pdf をダブルクリックします（EN - 英語、FR - フランス語、DE - ドイツ語、EL - ギリシャ語、IT - イタリア語、LT - リトアニア語、ES - スペイン語、SV - スウェーデン語、TR - トルコ語、RO - ルーマニア語、NL - オランダ語、ZH_CN - 簡体字中国語、PT-PT - イベリアポルトガル語、HU - ハンガリー語、JA - 日本語、VI - ベトナム語、PT-BR - ブラジルポルトガル語、ET - エストニア語）。
4. 最後の製造日から少なくとも 15 年間は、使用説明書の電子版もご利用いただけます (www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/)。
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039。

suiteDXT ソフトウェア改訂履歴

ソフトウェアバージョン	リリース日	説明
1.0.0	2013 年 6 月	初版
1.0.1	2014 年 2 月	ソフトウェアのライセンスオプションを導入
2.0.0	2014 年 10 月	Microsoft SQL の依存関係を削除 suiteHEART に合わせて UI を更新 スタディの ZIP ファイルへのエクスポートに対応 圧縮 DICOM 画像に対応 アプリケーションをドイツ語とフランス語に翻訳 Microsoft Windows 8.1 のサポートを追加 Microsoft Windows XP のサポートを終了
2.1.0	2015 年 1 月	マイナーアップデートと不具合の修正 医療機器指令に関する情報を追加
3.0.0	2015 年 10 月	マイナーアップデートと不具合の修正
3.0.1	2016 年 3 月	マルチユーザー機能を追加。 マイナーアップデートと不具合の修正
4.0.0	2016 年 10 月	suiteDXT の suiteDXT DICOM ネットワーク転送に対応 DICOM 転送性能を改良
4.0.2	2017 年 5 月	前処理を追加 Microsoft Windows 8.1 のサポートを終了
4.0.4	2017 年 11 月	前処理での複数のシリーズの設定に対応
4.0.5	2017 年 11 月	マイナーアップデートと不具合の修正
4.0.6	2018 年 5 月	前処理設定のサポートを更新 DICOM インポート性能を改良
4.0.7	2018 年 11 月	アクセスコントロール/許可を追加
5.0.0	2019 年 7 月	以下のアップデートを含む: 前処理
5.0.1	2020 年 2 月	以下のアップデートを含む: スタディのエクスポートとインポート
5.0.2	2021 年 3 月	自動削除機能、フォルダー作成、拡張匿名化オプション、マイナーアップデート、不具合の修正を追加。本リリースは、中国向けの最初のソフトウェアリリースとなります。
5.0.2	2021 年 6 月	MD 記号、輸入業者の参照情報、深刻なインシデント報告に関する注記を追加
5.0.3	2021 年 9 月	T1/T2 処理および同期前処理を追加。本リリースは、日本語およびベトナム語の最初のソフトウェアリリースとなります。
5.1.0	2022 年 12 月	Microsoft Windows 11 向けサポートを追加、および Microsoft Windows 7 向けサポートを削除。以前のスタディの自動取得を追加。これは、ブラジル・ポルトガル語の最初のソフトウェアリリースとなります。
5.1.1	2023 年 10 月	スタディのコピー機能を追加。複数スタディの匿名化に対応。suiteDXT バージョン 5.1.1 は、サーバー 2012 がサポートするソフトウェアの最後のバージョンとなります。
5.1.2	2025 年 6 月	前処理機能を追加しました。注釈の切り替え機能を追加しました。通知が改善されました。

ソフトウェア更新

MRI スキャナのベンダータイプに関する前処理設定を構成することができます。

右クリックで、スタディの削除、キューの順序の変更、または前処理の停止を行うことができます。

Ctrl + T キーを押して、プレビューウィンドウの注釈の表示/非表示を切り替えます。

ディスク容量不足の通知、および使用中のライセンス数が表示されるライセンス状況の表示が改善されました。

リリースノート

スタディのインポート

インポート中は、Refresh（更新）ボタンをクリックしないでください。

前処理

- 前処理によって、以前に解析したシリーズが上書きされることはありません。
- 血流解析タブで検出された位相コントラストシリーズが6つ以上ある場合、検出された位相コントラストシリーズの直近の6つに前処理が実行されます。
- Canon 3D および 4D の前処理は無効にしてください。

Windows 10 Enterprise

suiteDXT が Windows 10 Enterprise にインストールされており、サイズ変更の後で応答しなくなった場合は、Windows のマルチタスク設定でウィンドウのスナップをオフにした後、suiteDXT を再起動してください。

マルチユーザー環境

suiteHEART® ソフトウェアでスタディを開始した後、suiteDXT をフルスクリーンに設定すると、右上にある最小化、復元、閉じるの各機能が動作しなくなる場合があります。この場合、画面の下ツールバーから suiteHEART® ソフトウェアを選択してアプリケーションを最小化すると、suiteDXT の各機能を再び使用できるようになります。この問題を回避するため、ツールバーを自動で非表示にするか、または suiteDXT をフルスクリーンにしないようにしてください。

suiteDXT

版本发布说明书

NeoSoft, LLC

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "SOFT" in a lighter, grey, sans-serif font.

NS-03-046-0007-ZH-CN 版本 1
2025 NeoSoft, LLC 版权所有
保留所有权利

制造商



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

电话: 262-522-6120

网址: www.neosoftllc.com

销售: orders@neosoftmedical.com

服务: service@neosoftmedical.com

启动应用程序后如需查看合规信息（授权代表、进口商、注册信息），单击主屏幕中的“帮助”或“关于”。选择“监管信息”选项。文件将在 pdf 查看器中打开。

本设备的使用说明书采用可移植文档格式 (.pdf)，以电子方式提供。需要使用 pdf 查看器才能查看该使用说明书。如需使用说明书的纸质副本，可以发送电子邮件至 service@neosoftmedical.com 提出请求，纸质副本将在请求提出后 7 个日历天内免费予以提供。

可通过以下方式获取使用说明书：

1. 启动应用程序后，单击主屏幕中的“帮助”或“关于”。选择“使用说明书”选项。使用说明书将在 pdf 查看器中打开。
2. 如果可获得从 NeoSoft 收到的原始安装包，则打开 zip 文件，依次选择“Documentation”文件夹、“Instructions for Use”文件夹，双击与您的语言对应的 Instructions for Use.pdf，各语种表示如下：EN - 英语、FR - 法语、DE - 德语、EL - 希腊语、IT - 意大利语、LT - 立陶宛语、ES - 西班牙语、SV - 瑞典语、TR - 土耳其语、RO - 罗马尼亚语、NL - 荷兰语、ZH_CN - 简体中文、PT-PT - 欧洲葡萄牙语、HU - 匈牙利语、JA - 日语，VI - 越南语、PT-BR - 巴西葡萄牙语、ET - 爱沙尼亚语。
3. 导航至该应用程序安装所在的文件夹。找到“Documentation”文件夹，打开“Instructions for Use”文件夹，双击与您的语言对应的 Instructions for Use.pdf，各语种表示如下：EN - 英语、FR - 法语、DE - 德语、EL - 希腊语、IT - 意大利语、LT - 立陶宛语、ES - 西班牙语、SV - 瑞典语、TR - 土耳其语、RO - 罗马尼亚语、NL - 荷兰语、ZH_CN - 简体中文、PT-PT - 欧洲葡萄牙语、HU - 匈牙利语、JA - 日语，VI - 越南语、PT-BR - 巴西葡萄牙语、ET - 爱沙尼亚语。
4. 此外，从最后制造之日起至少 15 年可在 www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ 上获得使用说明书的电子副本。
5. suiteHEART/suiteDXT 软件群组的基本唯一器械标识 (Basic UDI DI) – 00850001088039。

suiteDXT 软件修订历史

软件版本	发布日期	说明
1.0.0	2013 年 6 月	首次发布
1.0.1	2014 年 2 月	已实施的软件许可选项
2.0.0	2014 年 10 月	移除了 Microsoft SQL 依赖 更新了 UI 以匹配 suiteHEART 添加了对将研究导出为压缩文件的支持 添加了对压缩 DICOM 图像的支持 应用程序已适配德语与法语版本 添加了对 Microsoft Windows 8.1 的支持 减少了对 Microsoft Windows XP 的支持
2.1.0	2015 年 1 月	小更新和缺陷修复 添加了医疗设备指令信息
3.0.0	2015 年 10 月	小更新和缺陷修复
3.0.1	2016 年 3 月	添加了“多用户”功能。 小更新和缺陷修复
4.0.0	2016 年 10 月	添加了对 suiteDXT 到 suiteDXT DICOM 网络传输的支持 改善了 DICOM 传输性能
4.0.2	2017 年 5 月	添加预处理 移除了对 Microsoft Windows 8.1 的支持
4.0.4	2017 年 11 月	添加了对在预处理中配置多个序列的支持
4.0.5	2017 年 11 月	小更新和缺陷修复
4.0.6	2018 年 5 月	更新了对预处理配置的支持 改善了 DICOM 导入性能
4.0.7	2018 年 11 月	添加了访问控制/权限
5.0.0	2019 年 7 月	包含与下列有关的更新：预处理
5.0.1	2020 年 2 月	包含与下列有关的更新：研究的导出和导入
5.0.2	2021 年 3 月	添加了“自动删除”功能、文件夹创建、增强的“匿名化”选项、小更新和缺陷修复。此版本是中国的初始软件版本。
5.0.2	2021 年 6 月	添加了 MD 符号、进口商参考号、重大事故报告说明
5.0.3	2021 年 9 月	增加了 T1/T2 处理和同步预处理。该版本是日语和越南语的初始软件版本。
5.1.0	2022 年 12 月	添加了对 Microsoft Windows 11 的支持，移除了对 Microsoft Windows 7 的支持。添加了自动检索以前的研究。该版本是巴西葡萄牙语的初始软件版本。
5.1.1	2023 年 10 月	添加了创建研究副本功能。添加了对多个研究匿名化的支持。suiteDXT 5.1.1 将是服务器系统 2012 上支持该软件的最后一个版本。
5.1.2	2025 年 6 月	添加了预处理功能。添加了切换注释的功能。改进了通知功能。

软件更新

可配置不同厂商 MRI 扫描设备的预处理设置。

支持通过鼠标右键点击移除、调整队列顺序或中止当前研究的预处理流程。

使用“Ctrl + T”可在预览窗口中切换注释显示。

优化了磁盘空间不足的通知功能，并改进了许可证状态查看功能，显示已占用许可数量。

版本发布说明书

研究导入

导入过程中，请勿单击“刷新”按钮。

预处理

- 预处理不会覆盖先前分析的序列。
- 对于“血流分析”选项卡，如果检测到超过六个相位增强序列，则将对检测到的最后六个相位增强序列执行预处理。
- 建议禁用 Canon 3D 和 4D 影像的预处理功能。

Windows 10 Enterprise

如果在 Windows 10 Enterprise 上安装后，suiteDXT 在调整大小后无响应，请在 Windows 多任务设置中禁用“捕捉”，然后重新启动 suiteDXT。

多用户环境

在 suiteHEART® 软件中启动研究后，将 suiteDXT 设置为全屏显示时，（右上角的）最小化、还原和关闭功能可能无响应。如果发生这种情况，请从屏幕底部的工具栏中选择 suiteHEART®Software，并最小化应用程序以重新获得 suiteDXT 中的功能。为避免该问题，请自动隐藏工具栏或不全屏显示 suiteDXT。

suiteDXT

Väljalaskemärkmed

NeoSoft, LLC

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "SOFT" in a grey, sans-serif font.

NS-03-046-0007-ET Vers 1
Autoriõigus 2025 NeoSoft, LLC
Kõik õigused kaitstud

Tootja



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Telefon: 262-522-6120
Veebisait: www.neosoftllc.com

Müügiosakond: orders@neosoftmedical.com
Hooldus: service@neosoftmedical.com

Vastavusega seotud teabe (volitatud esindaja, importija, registreerimise andmed) vaatamiseks pärast rakenduse käivitamist klõpsake avakuval "Help" (Abi) või "About" (Lisateave). Valige suvand "Regulatory Information" (Regulatiivne teave). Dokument avaneb PDF-lugeri.

Seadme kasutusjuhendi elektrooniline versioon on saadaval PDF-vormingus (.pdf). Kasutusjuhendi vaatamiseks on vajalik PDF-luger. Paberkandjal kasutusjuhendi saamiseks esitage tellimus aadressile service@neosoftmedical.com ja see saadetakse teile tasuta 7 kalendripäeva jooksul.

Kasutusjuhendi avamiseks toimige järgmiselt.

1. Pärast rakenduse käivitamist klõpsake põhikuval "Help" (Abi) või "About" (Lisateave). Valige "Instructions for Use" (Kasutusjuhend). Kasutusjuhend avaneb PDF-lugeri.
2. Kui NeoSoftilt saadud algne installipakett on saadaval, avage ZIP-fail ja liikuge kausta "Documentation" (Dokumentatsioon), seejärel kausta "Instructions for Use" (Kasutusjuhend) ja topeltklõpsake dokumenti Instructions for Use.pdf teie keeles, mida tähistavad EN - inglise, FR - prantsuse, DE - saksa, EL - kreeka, IT - itaalia, LT - leedu, ES - hispaania, SV - rootsi, TR - türgi, RO - rumeenia, NL - hollandi, ZH-CN - lihtsustatud hiina, PT-PT - Euroopa portugali, HU - ungari, JA - jaapani, VI - vietnami, PT-BR - Brasiilia portugali, ET - eesti keel.
3. Liikuge kausta, kuhu rakendus on installitud. Leidke kaust "Documentation" (Dokumentatsioon), seejärel kaust "Instructions for Use" (Kasutusjuhend) ja topeltklõpsake dokumenti Instructions for Use.pdf teie keeles, mida tähistavad EN - inglise, FR - prantsuse, DE - saksa, EL - kreeka, IT - itaalia, LT - leedu, ES - hispaania, SV - rootsi, TR - türgi, RO - rumeenia, NL - hollandi, ZH-CN - lihtsustatud hiina, PT-PT - Euroopa portugali, HU - ungari, JA - jaapani, VI - vietnami, PT-BR - Brasiilia portugali, ET - eesti keel.
4. Kasutusjuhendi elektroonilised koopiad on saadaval ka aadressil www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ vähemalt 15 aastat alates viimasest tootmiskuupäevast.
5. suiteHEART-i/suiteDXT tarkvarakomplekti põhi-UDI DI – 00850001088039.

Tarkvara suiteDXT läbivaatamise ajalugu

Tarkvara versioon	Väljalaske kuupäev	Kirjeldus
1.0.0	Juuni 2013	Esmane väljalase
1.0.1	Veebruar 2014	Rakendatud tarkvara litsentsimise valikud
2.0.0	Oktoober 2014	Eemaldatud sõltuvus Microsoft SQL-ist Kasutajaliides värskendatud, et see vastaks suiteHEART'ile Lisatud toetus uuringu eksportimiseks kokkupakitud failina Lisatud tihendatud DICOM-i piltide tugi Rakendus tõlgitud saksa ja prantsuse keelde Lisatud Microsoft Windows 8.1 tugi Kaotatud Microsoft Windows XP tugi
2.1.0	Jaanuar 2015	Väikesed värskendused ja vigade parandused Lisatud meditsiiniseadmete direktiivi teave
3.0.0	Oktoober 2015	Väikesed värskendused ja vigade parandused
3.0.1	Märts 2016	Lisatud mitme kasutaja võimalus. Väikesed värskendused ja vigade parandused
4.0.0	Oktoober 2016	Lisatud suiteDXT tugi suiteDXT DICOM-i võrguedastusele Täiustatud DICOM-i edastuse jõudlus
4.0.2	Mai 2017	Lisatud eeltöötlus Eemaldatud Microsoft Windows 8.1 tugi
4.0.4	November 2017	Lisatud tugi mitme seeria konfigureerimiseks eeltöötles
4.0.5	November 2017	Väikesed värskendused ja vigade parandused
4.0.6	Mai 2018	Värskendatud tugi eeltöötletuse konfiguratsiooni jaoks Täiustatud DICOM-i impordi jõudlus
4.0.7	November 2018	Lisatud juurdepääsukontrollid\luba
5.0.0	Juuli 2019	Sisaldab värskendusi, mis on seotud järgmisega: eeltöötlus
5.0.1	Veebruar 2020	Sisaldab värskendusi, mis on seotud järgmisega: uuringute eksport ja import
5.0.2	Märts 2021	Lisatud automaatse kustutamise funktsioon, kausta loomine, täiustatud anonüümimissuvandid, väiksemad värskendused ja vigade parandused. See on esimene tarkvaraväljalase Hiina jaoks.
5.0.2	Juuni 2021	Lisatud MD sümbol, importija teave, tõsistest vahejuhtumitest teatamise märged
5.0.3	September 2021	Lisatud on T1/T2 töötlemine ja sünkroonimise eeltöötlus. See on esialgne tarkvaraväljalase jaapani ja vietnami keele jaoks.
5.1.0	Detsember 2022	Lisatud on Microsoft Windows 11 tugi ja eemaldatud Microsoft Windows 7 tugi. Lisatud varasemate uuringute automaatne toomine. See on esimene tarkvaraväljalase Brasiilia portugali keele jaoks.
5.1.1	Oktoober 2023	Lisatud uuringu kopeerimise funktsioon. Lisatud on mitme uuringu anonüümimise tugi. suiteDXT versioon 5.1.1 on viimane Server 2012-s toetatud tarkvara versioon.
5.1.2	Juuni 2025	Lisatud eeltöötlusfunktsioon. Lisatud võimalus märkuste ümberlülitamiseks. Paremad teavitused.

Tarkvaravärskendused

MRI-skänneri müüja tüübile saab konfigureerida eeltöötluse seaded.

Toetatakse võimalust eemaldada, muuta järjekorda või peatada uuringu eeltöötlus, tehes hiirega parem hiireklõps.

Kasutage Ctrl + T, et vahetada märkmete lisamist eelvaateaknas.

Parandatud teavitamine vähesest kettaruumist ja litsentseerimise staatuse vaatamine, mis näitab, kui palju litsentse on kasutusel.

Väljalaskemärkmed

Uuringu import

Importimise ajal ärge klõpsake nuppu Refresh (Värskenda).

Eeltöötlus

- Eeltöötlus ei kirjuta eelnevalt analüüsitud seeriat üle.
- Kui vooluanalüüsi vahekaartidel on tuvastatud rohkem kui kuus faasikontrastsuse seeriat, viiakse eeltöötlus läbi viimase kuue tuvastatud faasikontrastsuse seeriaga.
- Canoni 3D ja 4D eeltöötlus tuleks keelata.

Windows 10 Enterprise

Kui suiteDXT ei reageeri pärast Windows 10 Enterprise'i installimisel suuruse muutmist, keelake Snap Windows Multitasking Settings (multitegumtöötluse) sätetes ja seejärel taaskäivitage suiteDXT.

Mitme kasutajaga keskkond

Kui uuring käivitatakse suiteHEART® tarkvaras ja seejärel seatakse suiteDXT täisekraanile, võivad minimeerimise, taastamise ja sulgemise funktsioonid (paremas ülanurgas) mitte reageerida. Kui see juhtub, valige ekraani allosas olevalt tööriistaribalt tarkvara suiteHEART® ja minimeerige rakendus, et taastada suiteDXT funktsioonid. Probleemi vältimiseks peitke tööriistariba automaatselt või ärge kasutage suiteDXT-ga täisekraani.